北京市政府采购项目
公开招标文件

项目名称：2026 年首都儿童医学中心医用设备购置项目（通州院区 1）

项目编号/包号：1100002621020016623 3-XM007

采 购 人：首都医科大学附属首都儿童医学中心

采购代理机构：中信国际招标有限公司

目 录

第一章　投标邀请 2
第二章　投标人须知 8
第三章　资格审查 25
第四章　评标程序、评标方法和评标标准 29
第五章　采购需求 37
第六章　拟签订的合同文本 47
第七章　投标文件格式 118

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11000026210200166233-XM007

2. 项目名称：2026 年首都儿童医学中心医用设备购置项目（通州院区 1）

3. 项目预算金额：2382.62 万元、项目最高限价（如有）：/万元

4. 采购需求：

包号	品目	标的名称	数量	采购品目单价预算金额（万元）	采购包预算金额（万元）	是否接受进口产品投标	简要技术需求或服务要求
12	12-1	脑功能监测系统	3	50	535	否	通道数：≥40 导等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
12	12-2	神经重症多模态监护系统	1	160		否	共模抑制比：≥110dB 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
12	12-3	术中神经电生理监测仪	2	55		否	通道数：≥32 通道等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
12	12-4	无创颅内压监测仪	1	35		否	放大器增益：≥20000 倍等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
12	12-5	脑电双频谱指数测量仪	2	15		否	报警音量：具备≥3 种音量可调等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
12	12-6	体感诱发电位仪	1	50		否	共模抑制比：≥100dB 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
41	41-1	困难气道车	2	50	407	否	视场角：≥120°等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
41	41-2	视频气管插管镜	2	10		否	视场角：≥90°等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
41	41-3	振荡排痰机	41	7		否	具有治疗频率实时数值和波形显示功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-1	输血泵	43	0.34	469.32	否	快推速度范围：0.1mL/h~2000mL/h 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-2	输液泵	192	0.7		否	快进流速范围：0.1mL/h~2000mL/h 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-3	注射泵	129	0.6		否	具备药物库功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。

48	48-4	肠内营养泵	59	0.4		否	具备输注完成及异常提醒功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-5	电动吸引器	9	0.1		否	输入功率：≤180VA 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-6	呼吸湿化治疗仪	34	4		否	主机屏幕具备自动锁屏功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-7	输血输液加温仪	13	2		否	输入功率：≤120VA 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-8	雾化泵	176	0.15		否	压缩机流量：≥4L/min 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-9	医用配药抽吸泵	1	5		否	重量：≤4.5kg 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
48	48-10	胰岛素泵	5	5		否	具备安全锁定功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
49	49-1	输液泵	1	70	971.3	否	内置锂电池，续航时间不少于 8 h 等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
49	49-2	输液泵	273	0.7		否	支持输血功能等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
49	49-3	输注工作站	34	10		否	注射器支持全自动装载等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
49	49-4	输注工作站	15	8		否	注射器支持全自动装载等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。
49	49-5	注射泵	417	0.6		否	支持不少于 30 种药物分类等；具体技术需求或服务要求详见招标文件。

5. 合同履行期限： 签订合同后 30 日内到货

6. 本项目是否接受联合体投标：□是 ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策（**是否面向中小微企业采购招标文件若存在不一致以此投标邀请为准**）

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □ 中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造、服务全部由符合政策要求的小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：__。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）投标人所投产品涉及医疗器械的须具备有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

（2）涉及医疗器械的投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）。

（3）涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。

（4）若投标人所投产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证，针对本项目的投标不能超出该许可证规定的范围。

（5）若投标人所投产品为进口产品，供应商如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书。

（6）投标人信用记录。

（7）其它具体要求详见第三章资格审查要求。

三、获取招标文件

1. 时间：2026 年 10 月 30 日至 2026 年 11 月 6 日，每天上午 9 点至 12 点，下午 13 点至 16 点（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市政府采购电子交易平台

3. 方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 11 月 20 日 08 点 00 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。本项目采用“线上电子开标方式”，由投标人自行使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台自行进行解密操作，无须投标人到达现场。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：

1.1 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19 号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.2 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18 号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.3 扶持中小企业、促进残疾人就业、支持监狱企业发展政策：若投标人按照工信部颁发的“中小企业划型标准”属于小型、微型企业，或按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定属于残疾人福利性单位的，或属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

1.4 实施本国产品标准及相关政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见财库〔2025〕30 号。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，**供应商无法提交相应包的电子投标文件。**

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 评标方法和标准：综合评分法

4. 公告媒体：本项目涉及公告同时在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。

5. 免责声明：请各投标人提高警惕，不要轻信其他任何媒介或者向其他组织、个人支付相关款项，避免上当受骗。投标人由此而造成的一切损失，均由其自身承担，采购人/采购代理机构不承担任何责任。

6. Email：hujq@ck.citic.com 或 chaixt@ck.citic.com

7. 采购代理机构编号：0733-26115109

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：首都医科大学附属首都儿童医学中心

地 址：北京市朝阳区雅宝路 2 号

联系方式：010-85695224

2.采购代理机构信息

名 称：中信国际招标有限公司

地 址：北京市朝阳区东三环中路 59 号楼 17 层 1710 室

联系方式：010-56502999

3.项目联系方式

项目联系人：胡杰谦、柴小婷、李思哲、钱柏丞、和学娟、刘莎

电　　话：010-56502999-552、557、131

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
□服务
■货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>□关于核心产品本项目_包不适用。
□本项目___包为单一产品采购项目。
■本项目第 12 包为非单一产品采购项目，核心产品为：神经重症多模态监护系统。
■本项目第 41 包为非单一产品采购项目，核心产品为：振荡排痰机。
■本项目第 48 包为非单一产品采购项目，核心产品为：输液泵。
■本项目第 49 包为非单一产品采购项目，核心产品为：输注工作站。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_____；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_____；
（4）未中标人样品退还：_____；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；
（6）其他要求（如有）：_____。</td></tr>
<tr><td>5.2.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>条款号</td><td>条目</td><td>内容</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>12</td><td>详见投标邀请</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>41</td><td>详见投标邀请</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>48</td><td>详见投标邀请</td><td>工业</td></tr>
<tr><td>49</td><td>详见投标邀请</td><td>工业</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。</td></tr>
<tr><td>12.1</td><td>投标保证金</td><td>投标保证金金额：
第 12 包：人民币 10 万元。
第 41 包：人民币 8 万元。
第 48 包：人民币 9 万元。
第 49 包：人民币 19 万元。
投标保证金收受人信息：
投标保证金支持网上银行电汇递交保证金或线下递交支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金。
采购代理机构账号信息：
开户名称：中信国际招标有限公司
开户行：中信银行北京三元桥支行
账号：8110701013102383606
注：
采用电汇形式的有效性以采购代理机构实际到账情况为准，采用支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的，投标人须在提交投标文件的同时提交。
投标人在投标截止时间前未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。
本项目为全流程电子化采购，投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。上传信息需与投标文件内附凭证保持一致，未按规定上传导致投标被拒或者无法开标的责任由投标人自行承担。</td></tr>
<tr><td>12.7.1</td><td></td><td>特别提示：中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人。
建议中标人在签订政府采购合同后第一时间将合同扫描件发至采购代理机构邮箱以便及时获知并退还投标保证金。</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 **■有，具体情形：** **（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；** **（2）中标人不按规定与采购人签订合同的；** **（3）中标人不按招标文件要求提交履约保证金的（如需）。** **（4）法律、法规规定的其它不予退还的情形。**
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算90日历日。
15.3	**投标文件的提交要求**	**如果多个采购包项目，投标人应针对每个采购包单独制作电子投标文件。** **注：接收文件的实质性要求和评审依据以上传至北京市政府采购电子交易平台的电子投标文件为依据。**
16.1	投标截止时间	投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台
18	开标	详见招标文件投标人须知中涉及开标的具体条款
18.2	**解密时间**	**解密时间：30分钟**
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以 技术部分 得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。

条款号	条目	内容
26.1.1	询问	询问送达形式：以书面形式提出，发送到采购代理机构的联系邮箱(详见投标邀请)，请同时电话联系以便采购代理机构及时获知并答复。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：中信国际招标有限公司； 联系电话：详见投标邀请； 通讯地址：详见投标邀请。
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：采购代理服务费参照中华人民共和国国家计委令计价格[2002]1980 号规定的手续费收费标准按包进行收取。 缴纳时间：在中标人领取中标通知书时，由中标人向采购代理机构一次性支付全部招标代理服务费。 采购代理机构账户信息： 账号：8110701013102383606 开户行：中信银行北京三元桥支行 开户名称：中信国际招标有限公司

投标人须知

一、说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》

第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标**详见投标邀请**。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

5.2.1 本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕 19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（〔银发 2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1） 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2） 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3） 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在 职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标

准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制 采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测

符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章　拟签订的合同文本

第七章　投标文件格式

7.2　投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8　对招标文件的澄清或修改

8.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（**包括不限于纸质文件或者电子邮件形式或者北京市政府采购电子交易平台发出的澄清或更正等**）通知所有获取招标文件的潜在投标人，**前述书面形式的通知、投标人的书面回复确认等材料，不作为认定投标人是否知悉本次招标文件澄清、修改或更正内容的唯一凭证**。

8.2　上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3　澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

9　投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1　本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。**若招标文件所载采购内容包含多个未拆分采购包的，投标人仅可就按投标邀请要求成功报名的采购包参与投标，不得对未成功报名的采购包进行投标；即投标人仅能针对成功完成报名的采购包编制、递交投标文件，不得以招标文件下载内容包含其他采购包为由，对未报名采购包进行投标，否则该部分投标内容无效。**

9.2　除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。**本项目招标文件所载各编号（含招标编号、项目编号等），投标人编制投标相关文件时，使用其中任一编号均视为有效，不影响投标文件的有效性认定。**

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。**若招标文件 “实质性格式” 条款中载明盖章要求的，投标人在对应盖章页面加盖符合要求的公章即视为满足该要求，采购人及评标委员会不得仅以公章加盖位置非指定位置为由，认定投标文件无效；本条款所指公章，仅为投标人的单位公章，合同专用章、投标专用章等其他印章均不符合要求。**未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写，**不属于投标无效条款**。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。、

10.4.1 投标人 对加注“★、▲、*、#”等（有标识）的重要技术要求或技术条款或技术参数或技术指标应当在投标文件中提供技术支持资料（未提供不予认可）。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料（包括但不限于datasheet、制造商白皮书、彩页等）或经国家食品药品监督管理总局或国家药品监督管理局认可的检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。（除采购需求另有规定，该条款仅适用于货物项目），一般技术条款（无标识）的

响应如与投标文件中的技术支持资料不一致的，以技术支持资料为准。

10.4.2 若技术要求或技术条款或技术参数或技术指标有具体证明材料（图片、照片等）要求的，则以该技术指标的要求证明材料为准，包括有标识和无标识的技术要求。

10.4.3 招标文件的采购需求中如出现具体品牌或型号，仅起说明作用，并没有任何指定品牌限制性。

10.4.4 如项目涉及货物类采购，本项目第五章《采购需求》中，所有含有下级子项的标题项均不参与评分；若某一标题项标注“★、▲、*、#”符号，则该标题项对应的所有最小子项，均视为加注“★、▲、*、#”符号参与评分；最小子项自身标注符号的，按本规则同等处理。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用；

11.2.3 投标分项报价表的填写内容如型号规格、产地等如与医疗器械注册证或其它要求配套证书不一致或填写不明确，供货时以所附证书中的最高端型号或最高配置为准（该条款仅适用于货物项目）。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标

人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般**通过投标文件编制工具加盖电子签章**。

14.3 **没有按招标文件实质性和符合性规定签字和盖章的投标，其投标无效。**

四、投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

15.3 投标文件的提交要求（详见投标人须知资料表）

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

16.2 **未按照招标文件要求上传电子投标文件的，采购人或采购代理机构均不予认可。**

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五、开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。参加开标的投标人代表应确保携带加密电子投标文件相对应的移动数字 CA 证书或电子营业执照，投标人应在

规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。**评标委员会决定投标的响应性只根据采购文件本身，而不是寻求外部的证据，但评审时启动异常低价投标（响应）审查程序时除外。**

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六、确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，**北京市政府采购网公告中标结果**，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询

问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1. 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2. 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3. 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
4. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文

			件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； **截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；** 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。（本项不需提供证明文件，以资格审查前采购人或采购代理机构网上查询结果为准，并由采购代理机构留存打印截图）	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
2-2	拟分包情况说明及分包	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行	格式见《投标文

	意向协议	分包的，必须提供；否则无须提供。对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	件格式》
2-3	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号 1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	提供《联合协议》原件的电子件格式见《投标文件格式》
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	投标人所投产品涉及医疗器械的须具备有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。	提供证明文件的电子件或电子证照

		涉及医疗器械的投标人如为国内代理商须提供医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）。	提供证明文件的电子件或电子证照
		涉及国产医疗器械的产品，投标人如为制造商须提供医疗器械生产许可证或备案凭证。	提供证明文件的电子件或电子证照
		若投标人所投产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人的辐射安全许可证，针对本项目的投标不能超出该许可证规定的范围。	提供证明文件的电子件或电子证照
		若投标人所投产品为进口产品，供应商如为代理商须提供制造商（或其授权的境内服务机构）的授权书。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效。**

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	投标书	按招标文件要求提供，且承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
2	授权委托书	按招标文件要求提供；
3	开标一览表	按招标文件要求提供且投标报价未超过招标文件中规定的**采购品目单价预算金额或项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价**；
4	投标分项报价表	按招标文件要求提供；
5	合同条款偏离表	按招标文件要求提供；
6	采购需求偏离表	按招标文件要求提供；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定；分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	投标异常情形	不存在投标异常情形，包括但不限于： 1.硬件信息一致：不同供应商编制或上传电子投标（响应）文件的计算机网卡 MAC 地址、硬盘序列号等硬件信息相息相同； 2.文件异常一致或投标报价呈规律性异常：不同供应商的投标（响应）文件内容是否存在非正常一致（如多处错误一致）； 3.电子签章混用：使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密或加盖其电子印章； 4.联系信息一致：不同供应商的联系人为同一人或联系电话一致； 5.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

		6.法律法规和文件规定的其他投标异常情形（包括但不限于不同供应商通过同一 IP 地址上传投标（响应）文件、不同供应商的投标（响应）文件出自同一台电脑、不同供应商投标（响应）文件内容存在异常一致、采购活动存在异常关联”等情形）。 有如上投标异常情形的，符合法律法规规定和文件规定的无效投标情形的，按照无效投标确认程序处理。
16	其他无效情形	投标人、投标文件存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的为不通过符合性审查。 注：无效情形举例如投标完整性（将一个采购包中的内容拆分投标）；报价唯一性（投标文件出现可选择性或可调整的报价）附加条件（投标文件含有采购人不能接受的附加条件的）；等）。

2　投标文件有关事项的澄清或者说明**（如涉及，给予相关供应商的时间为 30 分钟）**

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理。

2.2.1　政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值__50_%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×_50__%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价_50__%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×_50__%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2　评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3　评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提

供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4　上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标**无效。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1　招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2　单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3　投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4　大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5　单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6　总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8　修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5　支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1　对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予**10 %**的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2　对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意

向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予**4%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件

不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）___。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：**评审得分相同的，以投标报价低的为中标人；评审得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人；若投标报价、技术部分均相同的，由评标委员会随机抽取。**

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5、2.6 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5　报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

第 12 包：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
2	产品销售业绩	提供 2023 年 9 月 1 日至今与本次投标产品同品牌同型号产品在中国市场的销售业绩，每提供一个合格的项目业绩得 2 分，最高得 10 分。未提供合同复印件的不得分。 1.若所投采购包为非单一产品采购包，仅需提供核心产品的销售业绩。 2.投标人需提供采购合同（含首页、产品品牌、型号页、以及双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。	10
3	技术要求	根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求-技术指标要求”的响应情况进行评分。 有 1 项▲条款负偏离，扣 1.5 分，条款总计 29 项； 有 1 项普通条款负偏离，扣 0.03 分，条款总计 178 项； 以此类推，最低得 0 分。	48.84
4	保修期	完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（一）保修期**”要求得满分。不满足招标文件要求不得分。	3.5
5	售后服务方案	根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（二）售后服务要求**”的逐条响应情况单独提供的方案进行打分。 所有设备完全响应满足招标文件要求得本项分值满分，任意一项不满足得 0 分。	4
6	培训方案	根据投标人按照招标文件采购需求中的**“四、其他相关要求-（三）培训等相关要求”**提供的相应方案进行打分，方案全面、合理、可行得满分，方案较合理，实施性一般得 2 分，方案不合理，实施性差得 1 分，未提供培训方案不得分。	3.16
7	政策性加分（节能环	1.投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能品）得 0.25 分，否则得 0 分。	0.5

	保）	2.投标产品为政府采购品目清单内环境标志产品得 0.25 分，否则得 0 分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明 1、说明 2。	
合计		100	

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

第 41 包：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
2	产品销售业绩	提供 2023 年 9 月 1 日至今与本次投标产品同品牌同型号产品在中国市场的销售业绩，每提供一个合格的项目业绩得 2 分，最高得 10 分。未提供合同复印件的不得分。 1.若所投采购包为非单一产品采购包，仅需提供核心产品的销售业绩。 2.投标人需提供采购合同（含首页、产品品牌、型号页、以及双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。	10
3	技术要求	根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求-技术指标要求”的响应情况进行评分。 有 1 项▲条款负偏离，扣 4 分，条款总计 11 项； 有 1 项普通条款负偏离，扣 0.05 分，条款总计 119 项； 以此类推，最低得 0 分。	49.95
4	保修期	完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（一）保修期**”要求得满分。不满足招标文件要求不得分。	3.5
5	售后服务方案	根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（二）售后服务要求**”的逐条响应情况单独提供的方案进行打分。 所有设备完全响应满足招标文件要求得本项分值满分，任意一项不满足得 0 分。	3
6	培训方案	根据投标人按照招标文件采购需求中的**“四、其他相关要求-（三）培训等相关要求”**提供的相应方案进行打分，方案全面、合理、可行得满分，方案较合理，实施性一般得 2 分，方案不合理，实施性差得 1 分，未提供培训方案不得分。	3.05
7	政策性加分（节能环保）	1.投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能品）得 0.25 分，否则得 0 分。 2.投标产品为政府采购品目清单内环境标志产品得 0.25	0.5

		分，否则得 0 分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明 1、说明 2。	
合计		100	

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

第 48 包：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
2	产品销售业绩	提供 2023 年 9 月 1 日至今与本次投标产品同品牌同型号产品在中国市场的销售业绩，每提供一个合格的项目业绩得 2 分，最高得 10 分。未提供合同复印件的不得分。 1.若所投采购包为非单一产品采购包，仅需提供核心产品的销售业绩。 2.投标人需提供采购合同（含首页、产品品牌、型号页、以及双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。	10
3	技术要求	根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求-技术指标要求”的响应情况进行评分。 有 1 项▲条款负偏离，扣 1.5 分，条款总计 30 项； 有 1 项普通条款负偏离，扣 0.02 分，条款总计 223 项； 以此类推，最低得 0 分。	49.46
4	保修期	完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（一）保修期**”要求得满分。不满足招标文件要求不得分。	3.5
5	售后服务方案	根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（二）售后服务要求**”的逐条响应情况单独提供的方案进行打分。 所有设备完全响应满足招标文件要求得本项分值满分，任意一项不满足得 0 分。	3.04
6	培训方案	根据投标人按照招标文件采购需求中的**“四、其他相关要求-（三）培训等相关要求”**提供的相应方案进行打分，方案全面、合理、可行得满分，方案较合理，实施性一般得 2 分，方案不合理，实施性差得 1 分，未提供培训方案不得分。	3.5
7	政策性加分（节能环保）	1.投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能品）得 0.25 分，否则得 0 分。 2.投标产品为政府采购品目清单内环境标志产品得 0.25	0.5

		分，否则得 0 分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明 1、说明 2。	
合计		100	

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

第 49 包：

序号	评分因素	评分标准	分值
1	投标报价	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6。	30
2	产品销售业绩	提供 2023 年 9 月 1 日至今与本次投标产品同品牌同型号产品在中国市场的销售业绩，每提供一个合格的项目业绩得 2 分，最高得 10 分。未提供合同复印件的不得分。 1.若所投采购包为非单一产品采购包，仅需提供核心产品的销售业绩。 2.投标人需提供采购合同（含首页、产品品牌、型号页、以及双方签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。	10
3	技术要求	根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求-技术指标要求”的响应情况进行评分。 有 1 项▲条款负偏离，扣 2.25 分，条款总计 21 项； 有 1 项普通条款负偏离，扣 0.03 分，条款总计 88 项； 以此类推，最低得 0 分。	49.89
4	保修期	完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（一）保修期**”要求得满分。不满足招标文件要求不得分。	3.5
5	售后服务方案	根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-**（二）售后服务要求**”的逐条响应情况单独提供的方案进行打分。 所有设备完全响应满足招标文件要求得本项分值满分，任意一项不满足得 0 分。	3
6	培训方案	根据投标人按照招标文件采购需求中的**“四、其他相关要求-（三）培训等相关要求”**提供的相应方案进行打分，方案全面、合理、可行得满分，方案较合理，实施性一般得 2 分，方案不合理，实施性差得 1 分，未提供培训方案不得分。	3.11
7	政策性加分（节能环保）	1.投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能品）得 0.25 分，否则得 0 分。 2.投标产品为政府采购品目清单内环境标志产品得 0.25	0.5

		分，否则得 0 分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明 1、说明 2。	
合计		100	

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90 号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

第五章　采购需求

（采购需求如与拟签订的合同文本有矛盾，均以采购需求为准。）

说明：

1.当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。

2.采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号））

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7 号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕29 号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕30 号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕31 号）

《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕32 号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕33 号）

《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕34 号）

《数据库政府采购需求标准（2023 年版）》（财库〔2023〕35 号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113 号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 需求一览表

包号	品目	标的名称	数量	是否接受进口产品投标
12	12-1	脑功能监测系统	3	否
12	12-2	神经重症多模态监护系统	1	否
12	12-3	术中神经电生理监测仪	2	否
12	12-4	无创颅内压监测仪	1	否
12	12-5	脑电双频谱指数测量仪	2	否
12	12-6	体感诱发电位仪	1	否
41	41-1	困难气道车	2	否
41	41-2	视频气管插管镜	2	否
41	41-3	振荡排痰机	41	否
48	48-1	输血泵	43	否
48	48-2	输液泵	192	否
48	48-3	注射泵	129	否
48	48-4	肠内营养泵	59	否
48	48-5	电动吸引器	9	否
48	48-6	呼吸湿化治疗仪	34	否
48	48-7	输血输液加温仪	13	否
48	48-8	雾化泵	176	否
48	48-9	医用配药抽吸泵	1	否
48	48-10	胰岛素泵	5	否
49	49-1	输液泵	1	否
49	49-2	输液泵	273	否
49	49-3	输注工作站	34	否
49	49-4	输注工作站	15	否
49	49-5	注射泵	417	否

二、商务要求

1. 交货期和交货地点

1.1 交货期：详见投标邀请合同履行期限

1.2 交货地点：采购人指定地点

2.付款条件（进度和方式）

详见第六章《拟签订的合同文本》。

3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

三、技术要求

说明：

1. 以下技术指标及要求中如出现设备或产品品牌或指向某个品牌，仅作为参考该设备或产品所需达到的具体技术性能要求，不作为该设备或产品的品牌要求。

2. **本部分技术要求中用途、总体要求、配置清单均为不可偏离项，如有任何实质性偏离需明确，将做无效投标处理。以下▲、*、#号及其他一般技术条款（无标识）为评审打分项，不作为无效投标条款**。

具体技术指标要求如下：

第 12 包：

品目 12-1：脑功能监测系统

一、技术参数

1. 工作站系统：

一体式工作站：中央处理器≥四核，主频≥2.4GHz；内存≥16GB；硬盘≥1TB固态硬盘；鼠标、键盘采用USB接口；网卡速率≥1000Mbps；显示器≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080。

2. 脑电采集放大器：

2.1 通道数：≥40导，其中脑电通道≥29个、心电专用通道≥3个、多功能双极通道≥8对、直流（DC）通道≥4个、地线通道≥2个、参考通道≥2个、事件标记通道≥1个。

2.2 放大器布局：电极插孔排列符合国际10-20脑电电极放置标准，额、顶、枕、颞各脑区电极分布直观。

2.3 放大器标签：同时具备国际10-20标准导联系统和10-10标准导联系统两种命名方式的标签符号。

2.4 放大器与主机传输方式：支持有线网络及无线两种传输方式。

▲2.5 输入阻抗：≥1000MΩ。

2.6 共模抑制比：≥110dB。

2.7 噪声：≤1μV（峰-峰值）。

2.8 数模转换：≥16位。

▲2.9 采样率：所有通道同时工作时，每通道采样率256Hz、512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz、16384Hz可选。

3. 脑部与区域组织氧饱和度监护模块：

3.1 测量参数≥5个：组织血氧饱和度（TOI）、组织血红蛋白浓度指数（THI）、脱氧血红蛋白浓度变化量（ΔCHb）、氧合血红蛋白浓度变化量（ΔCHbO2）、总血红蛋白浓度变化量（ΔCtHb）。

3.2 通道数：≥2通道。

3.3 发光峰值波长范围：760nm±20nm、810nm±20nm、850nm±20nm。

4. 软件功能：

4.1 操作系统：支持Windows 10或以上版本，兼容中文办公软件。

4.2 脑电采集回放软件，支持多种操作语言切换。

4.3 阻抗实时监测功能：可对患者阻抗进行实时监测，便于及时发现记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统自动标记并报警。

4.4 测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

4.5 脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析。

4.6 数值提示窗口：可实时显示患者抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、脑氧、血氧、心率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

▲4.7 定量脑功能分析软件：具备≥30种定量脑电分析功能，至少包括：aEEG、爆发抑制比、爆发间隔、暴发次数/分钟、包络图、DSA光谱图、频谱熵、边缘频率、中值频率、峰值频率、总功率、绝对δ功率、绝对θ功率、绝对α功率、绝对β功率、绝对γ功率、相对δ功率、相对θ功率、相对α功率、相对β功率、相对γ功率、α/β、α/δ、（α+β）/δ、相对功率、绝对功率、α变异率、CSI脑状态指数、尖波个数（SWC）、尖波比率（SWR）。

4.8 振幅整合aEEG脑功能监护软件：动态实时反映大脑背景活动及功能状态变化，可

观察患者爆发抑制等脑功能状态。

4.9 振幅整合aEEG自动分析软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析惊厥发作。

▲4.10 具备脑电功能监护、脑组织氧监测模块，并在同一软件界面显示脑电、脑氧监测信息。

4.11 FFT功率谱分析：可查看各通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。

4.12 相对波段功率：显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比，直观对比大脑双侧对称性。

4.13 α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分。

4.14 麻醉镇静评估指数：具备频谱熵和CSI脑状态指数双参数，通过0～100数值评估镇静麻醉深度。

4.15 脑电地形图：具备三维和二维绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，≥10种颜色图谱可选。

4.16 屏幕锁定功能：具备一键锁屏功能，避免监测中误操作，保证监测数据安全。

4.17 一键生成报告功能：可一键生成脑功能报告，aEEG自动分析结果可导入报告中，报告模板可编辑。

4.18 具备量化脑电评估指标、近红外脑氧、心电等参数同步趋势和波形显示，并可生成唯一的数据文件。

5. 视频系统：

5.1 摄像头：网络高清摄像头，分辨率≥1920×1080。

5.2 双视频技术：支持单摄像头实现全景与局部放大的双视频监测，双视频窗口独立显示。

二、配置要求（单台/套）：

1、一体式计算机：1台。

2、40导脑电放大器：1套。

3、脑电采集回放软件：1套。

4、脑功能测量软件：1套。

5、脑电视频同步软件：1套。

6、近红外组织血氧参数无损监测模块：1套。

7、组织血氧探头：2个。

8、摄像头：1套。

9、纸质报告输出设备：1台。

10、脑电盘状电极：40根。

11、磨砂膏：1支。

12、导电膏：1盒。

13、仪器车：1套。

品目 12-2：神经重症多模态监护系统

一、技术参数

1. 项目用途：

1.1 评估神经重症患者的脑功能状态和意识状态，评估脑供血情况，同步血流动力学和脑氧监测，为临床指导治疗提供全面综合解决方案。

1.2 整体配置要求：

本系统为神经重症监护系统，具备脑血流监护模块、脑电功能监护模块、脑组织氧监测模块、诱发电位模块；所有检查模块采用统一的数据库管理，具备病例查找、报告统计、数据导出及科研分析等功能。

2. 工作站系统：

一体式工作站：中央处理器≥四核，主频≥2.4GHz；内存≥16GB；硬盘≥1TB固态硬盘；鼠标、键盘采用USB接口；网卡速率≥1000Mbps；显示器≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080。

3. 脑电功能监护模块：

3.1 通道数：≥40导，其中独立脑电通道≥29个、多功能双极通道≥8对、心电专用通道≥3个、直流通道≥4个、地线通道≥2个、参考通道≥2个、血氧通道≥1个、闪光刺激通道≥1个、事件标记通道≥1个。

3.2 放大器标签：放大器通道标签同时具备国际10-20与10-10两种导联命名方式。

3.3 放大器与主机传输方式：支持有线网络及无线两种传输方式。

▲3.4 输入阻抗：≥1000MΩ。

3.5 共模抑制比：≥110dB。

3.6 噪声：≤1μV（峰-峰值）。

▲3.7 采样率：所有通道同时工作时，每通道采样率256Hz、512Hz、1024Hz、2048Hz、4096Hz、8192Hz、16384Hz可选。

3.8 灵敏度：1μV/mm、2μV/mm、3μV/mm、5μV/mm、7μV/mm、10μV/mm、15μV/mm、20μV/mm、30μV/mm、50μV/mm、70μV/mm、100μV/mm、150μV/mm、200μV/mm、300μV/mm、500μV/mm可选。

4. 近红外组织血氧模块：

4.1 测量参数≥5个：组织血氧饱和度、脱氧血红蛋白浓度变化量、氧合血红蛋白浓度变化量、总血红蛋白浓度变化量、组织血红蛋白浓度指数。

4.2 通道数：≥2通道。

4.3 发光峰值波长范围：760nm±20nm、810nm±20nm、850nm±20nm。

5. 脑血流监护模块：

5.1 血流速度检测范围：2cm/s～1200cm/s。

5.2 穿透深度调节范围：2MHz探头≥140mm，4MHz探头≥70mm。

5.3 高分辨率M模：≥8000门深。

5.4 探头能量范围：≥720mW/cm²，具备能量保护功能。

5.5 配备多功能遥控键盘，具备光电鼠标功能。

5.6 独立双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥8个深度的频谱图，并可选择任意深度频谱放大并保存。

5.7 检测参数：Vmax、Vmin、VMean、PI、RI、S/D、HR、TIC、TIB、TIS、lindegaard指数、IWM指数。

6. 诱发电位模块：

6.1 放大器：

6.1.1 通道数：≥16通道，电极输入≥32个，地线接口≥2个。

6.1.2 灵敏度：0.1μV/Div～10mV/Div。

6.1.3 输入噪声：≤3μV（峰-峰值）。

6.1.4 A/D转换：≥24位。

6.1.5 采样频率：≥25kHz。

6.2 电刺激器：

6.2.1 具备独立电刺激器，可与经颅电刺激器同时使用。

6.2.2 具备高电流、低电流、低电压三种输出模式。

6.2.3 高电流输出通道≥8个，每个通道输出范围0mA～100mA。

6.2.4 低电流输出通道≥1个，输出范围0mA～5mA。

6.2.5 具备多脉冲刺激功能。

6.2.6 具备双相脉冲刺激功能。

6.2.7 刺激频率：0.5Hz～90Hz可调。

6.2.8 刺激脉宽：50μs～1000μs范围内可选。

6.2.9 自动保护功能：最大承受电压≥400V，超载自动保护。

6.3 四肢体感诱发电位：可同步显示平均叠加、实时、堆栈、数据表、数据趋势图、实时噪声分析等多个窗口。

6.4 听觉诱发电位：可设置左侧、右侧、双侧刺激；具备脑干听觉诱发电位滤波功能；可同步显示平均叠加、实时、堆栈、数据表、数据趋势图、实时噪声分析等多个窗口。

6.5 噪声分析功能：可分析当前环境下的固定频率干扰，并给出建议刺激频率。

7. 软件功能：

7.1 操作系统：支持Windows 10或以上版本，兼容中文办公软件。

7.2 脑电采集回放软件，支持多种操作语言切换。

7.3 阻抗实时监测功能：可对患者阻抗进行实时监测，便于及时发现记录电极阻抗状态，阻抗过高时系统自动标记并报警。

7.4 自动连续电极报警功能：自动评估监测数据质量，实时提示电极质量。

7.5 数据自动上传功能：放大器断开后，数据可继续存储在放大器中；恢复连接后，放大器内部数据可自动上传至软件。

7.6 屏幕拷贝功能：具备屏幕拷贝、趋势图拷贝、区域拷贝功能，可将拷贝内容粘贴至其他文档。

7.7 测量工具：具备自动测量、手动测量、选择测量、EEG测量功能。

7.8 脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析，具备大尺寸触摸按钮。

7.9 数值提示窗口：可实时显示脑电抑制率、爆发间隔、每分钟爆发次数、发作次数、棘波指数、血氧、脉率、α变异率等数值，可设置数值提示的上下限范围。

▲7.10 定量脑功能分析软件：具备≥30种定量脑电分析功能，包括aEEG、爆发抑制分析、爆发间隔、暴发次数/分钟、包络图、DSA光谱图、频谱熵、中值频率、峰值频

率、总功率、绝对δ功率、绝对θ功率、绝对α功率、绝对β功率、绝对γ功率、相对δ功率、相对θ功率、相对α功率、相对β功率、相对γ功率、α/β、α/δ、（α+β）/δ、相对功率、绝对功率、α变异率、棘波分析、CSI镇静指数。

7.11 振幅整合aEEG脑功能监护软件：动态实时反映大脑背景活动及功能状态变化，可观察患者爆发抑制等脑功能状态。

7.12 振幅整合aEEG自动评分软件：可自动统计aEEG上边界、下边界的数值，自动分析睡眠期的时间，自动分析惊厥发作。

7.13 癫痫发作指数：自动监测并提示癫痫发作，自动统计发作次数和发作频率。

7.14 FFT功率谱分析：可查看各通道的绝对/相对功率谱和幅度谱图，并可一键打印。

7.15 相对波段功率：显示α、β、σ、θ不同脑电频段的功率和所占百分比，直观对比大脑双侧对称性。

7.16 α变异率自动评分功能：根据α波变异算法，自动进行数值评分。

7.17 爆发与抑制自动分析功能（BS）：对大脑进行人工时域分期，可监测给予镇静及麻醉药物后脑功能的状态。

7.18 麻醉镇静评估指数：具备频谱熵和CSI镇静指数双参数，通过0～100数值评估镇静麻醉深度。

7.19 脑电地形图：具备绝对/相对功率地形图及幅度地形图，可显示为图谱模式、等位线模式和数值模式，可调节图谱模式下的颜色分辨程度，≥10种颜色图谱可选。

8. 多模态系统要求：

8.1 具备量化脑电评估指标、脑血流、近红外脑氧、心电等参数同步趋势和高保真波形在线同步显示，并可生成唯一的数据文件，便于重症大数据管理。

8.2 整合、显示、记录从单个患者采集的脑电、脑氧和脑血流数据，同步计算个体化的定性、定量参数，解释生理信号之间的关系。

▲8.3 自主神经功能评估：包括但不限于HR、RRI、HF、LF、LF/HF、RMSSD、SDNN、SDANN，支持记录时在线实时分析。

▲8.4 具备自动持续评估意识障碍程度功能。

▲8.5 脑功能调节指数在线计算：实时计算分析脑血流调节指数Mx、脑氧调节指数COX、THX、最优动脉压U型曲线等。

8.6 脑功能调节负荷评估（CFM Burden）：通过红、橙、黄、绿等不同颜色提示脑功能调节指数是否处于正常范围。

9. 视频系统：

9.1 摄像头：网络高清摄像头，分辨率≥1920×1080。

9.2 双视频技术：支持单摄像头实现全景与局部放大的双视频监测，双视频窗口独立显示。

二、配置要求（单台/套）：

1. 一体式工作站：2台。

2. 40导脑电放大器（含脑氧）：1套。

3. 脑电采集回放软件：1套。

4. 脑功能测量软件：1套。

5. 脑电视频同步软件：1套。

6. 全景高清摄像头：1套。

7. 纸质报告输出设备：1台。

8. 专用电极帽：2套。

9. 电极帽适配器：1套。

10. 导电膏：1盒。

11. 经颅多普勒脑血流监护模块（含监护探头1对、手持探头1个、头架1个）：1套。

12. 体感诱发电位模块（含基本监护单元、放大器及连接线、放大器延长盒、电刺激器及其连接线、隔离电源及其电源线）：1套。

13. 体感诱发电位软件（含体感诱发电位软件、噪声分析软件）：1套。

14. 听觉诱发电位软件：1套。

15. 多功能仪器车：1套。

品目 12-3：术中神经电生理监测仪

一、技术参数

（一）硬件技术参数：

1. 放大器：

1.1 通道数：≥32通道。

▲1.2 放大器输入插孔≥32个，地线接口≥2个，支持直接连接电极或通过延长头盒扩展使用。（提供产品技术资料佐证）

▲1.3 显示增益：0.1μV/Div～100mV/Div，≥10档可调。（提供检验报告或产品技术

资料佐证）

1.4 共模抑制比：≥100dB。

1.5 A/D转换：≥24位。

1.6 采样频率：≥25kHz。

▲1.7 高切滤波：30Hz～10000Hz范围内可调，档位≥10档。

1.8 低切滤波：0.5Hz～100Hz范围内可调。

2. 电刺激器：

2.1 高电流输出通道≥1个，每个通道输出范围0mA～100mA。

▲2.2 低电流输出通道≥1个，输出范围0mA～20mA。

2.3 刺激脉宽：50μs～1000μs范围内多档可选。

2.4 电流反馈：可显示给定的刺激值和实际生效值，以及换算的刺激电流/电压值。（提供软件界面截图或产品技术资料佐证）

2.5 电刺激器限制功能：最大输出电压≥400V，达到限值后不再增加输出电流。（提供检验报告或产品技术资料佐证）

3. 经颅电刺激器：

▲3.1 经颅电刺激器可与电刺激器同时使用。

3.2 输出通道≥4对。

3.3 刺激电压输出范围：0V～1000V可调。

4. 听觉刺激器：

4.1 刺激声强：-10dB（nHL）～100dB（nHL）范围内分档可调，调节步长≤1dB。

（二）功能要求：

1. 监测项目：脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位等。

2. 听觉诱发电位：可设置左侧、右侧、双侧刺激；可实时自由切换平均叠加、实时、瀑布堆栈、标记数据表、标记数据图、噪声分析等显示模式，并对窗口进行设置。

▲3. 肌电图：支持全程或任意时间段肌电（EMG）原始数据保存与回放，数据永久回放支持按步长或按事件方式，最小步长≤0.1s，最大步长≥999s。（提供软件界面截图或产品技术资料佐证）

4. 肌电图功能：支持自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发肌电图监测，自动捕获肌电动作单位电位；可根据不同肌肉发生的动作电位设置不同的报警声音，提示相关神

经部位。

5. 支持多项目同步监测，如体感诱发电位、运动诱发电位及肌电图等同步并行监测，全方位监测手术中存在风险的功能神经。

▲6. 软件操作界面支持中文，并可切换其他语言界面。（提供软件界面截图或产品技术资料佐证）

▲7. 软件具备多种快捷键操作模式，包括对声音、通道、时间轴导航、刺激、窗口和界面等的操作。（提供软件快捷键说明或产品技术资料佐证）

8. 一体机工作站：主机主频≥2.4GHz，内存≥16GB，硬盘≥500GB，网卡速率≥1000Mbps，Windows 10专业版或以上操作系统。

二、配置要求（单台/套）：

1. 一体机工作站：1套。

2. 鼠标键盘套装：1套。

3. 基本单元及其连接线：1套。

4. 放大器及其连接线：2套。

5. 放大器延长盒：4个。

6. 刺激器及其连接线：1套。

7. 隔离电源及其电源线：1套。

8. 电源适配器：1个。

9. 纸质报告输出设备：1台。

10. 仪器车：1台。

11. 肌电图软件：1套。

12. 体感诱发电位软件：1套。

13. 运动诱发电位软件：1套。

14. 听觉诱发电位软件：1套。

15. 脑电图软件：1套。

品目 12-4：无创颅内压监测仪

一、设备适用范围：该设备适用于脑外伤、脑梗死、脑出血、脑卒中等相关疾病引发颅内压增高时的颅内压检测。

二、性能指标：

1. 颅内压检测范围：70mmH2O～1200mmH2O。

2. 放大器增益：≥20000倍。

3. 刺激光源发光模式可调频率档位：≥6种。

4. 刺激光源发光模式可调频率范围：0.25Hz～1.5Hz。

5. 放大器共模抑制比：≥100dB。

▲6. 刺激光源光照度范围：0lx～9000lx。

▲7. 刺激光源脉冲宽度可调区间：1ms～900ms。

▲8. 光刺激闪烁次数：≥13种。

三、软件功能指标：

1. 具备视觉诱发电位信号采集和回放功能。

2. 测试界面具备信号快速确认功能，可实时查看信号采集状态。

3. 软件内置电极放置示意图。

4. 支持报告打印，报告单可输出颅内压值、脑灌注压值等检测结果。

5. 具备波形分析处理功能，支持疑难波形识别研判。

6. 可显示颅内压、脑灌注压相关参数，或显示颅内压、脑灌注压及血流动力学相关参数。

7. 具备闪光视觉诱发电位检测功能。

8. 支持通过患者信息快速检索历史检测数据。

四、配置要求：

1. 仪器主机：1台。

2. 颅脑电极：1套。

3. 闪光眼罩：1套。

4. 三导联线：1套。

5. 八导联线：1套。

品目 12-5：脑电双频谱指数测量仪

一、技术参数

1. 镇静深度监测：实时监测双频谱指数（BIS）范围0～99（从无脑电信号至完全清醒），显示患者实时镇静、催眠程度。

2. 信号质量指数（SQI）：以柱状网格形式呈现，范围0～100%，实时监测记录信号

质量。

▲3. 额肌电（EMG）及趋势图监测：EMG以柱状网格和趋势图形式显示，监测范围30dB～80dB，实时监测，提供肌肉运动和干扰的参考依据。

4. 同屏脑电波显示功能：支持双通道脑电图同屏显示，实时原始脑电波形及波形趋势描记。

▲5. 爆发抑制比（SR）：抑制比（SR）以数值形式显示，显示范围0～100%，实时监测记录≥60s时间范围的抑制比。

6. 爆发计数（BC）：爆发计数（BC）以数值形式显示，范围0～30，实时监测记录，为过深麻醉和镇静提供定量参考数据。

7. 总功率（TP）：脑电总功率（TP）以数值形式显示，范围40dB～100dB，实时监测记录。

8. BIS趋势图显示：实时显示≥1小时双频谱指数随时间的变化趋势，显示整个麻醉过程中患者镇静、催眠程度的动态变化。

9. BIS平滑率：具备≥3种平滑率可选，满足不同科室、不同患者状态的监测要求。

10. 更新速率：BIS数值每秒更新。

11. 分辨率：可设置≥4种BIS趋势图显示的时间，适应不同临床环境。

▲12. 采样速率：≥16000个样本/秒。

13. EEG扫描速度：25mm/s。

14. EEG范围：EEG波形幅值25μV/div。

15. 回顾功能：具备数据趋势图和趋势表回顾功能。

16. 血氧饱和度（SpO2）：监测范围0%～100%，测量准确度：70%～100%（成人/儿童）±2%，70%～100%（新生儿）±3%，分辨率1%。

17. 脉率（PR）：监测显示范围30bpm～240bpm，测量准确度±3%或3bpm取较大者，分辨率1bpm。

18. 脉搏波扫描速度：12.5mm/s、25mm/s。

19. 报警提示：具备设备报警的文字信息及处理办法提示，并具备声光报警提示。

20. 超限报警：可调设BIS值的高、低限报警数值。

21. 报警音量：具备≥3种音量可调。

22. 报警种类：具备≥3种优先级报警，帮助区分不同种类的报警。

23. 报警方式：具备声光报警，并记录报警时状态供回顾。

24. 系统组成：由主机、脑电双频谱指数模块及患者连接线、血氧探头及延长线、电源线和电池等构成。

25. 显示窗口：显示屏≥12.1英寸TFT。

26. 系统自检功能：主机、数据转换器、传感器顺序自检。

27. 电池工作时间：≥60min。

28. 设备抗干扰功能：设备具备抗干扰过滤器，具备手术室模式，可与电刀等高频设备同时使用，可有效过滤肌电、电刀等干扰。

29. 除颤保护功能：防除颤BF型，设备具有除颤保护功能。

30. 病例演示：具有病例演示功能。

▲31. 数据存储：可存储≥4000组数据、≥1500小时趋势。

32. 传感器抗干扰能力：传感器具备有效抗电刀干扰的设计。

33. 传感器阻抗自检功能：在BIS监护过程中持续检查电极的阻抗状态，保证数据采集质量；并带有传感器电极位置自检的图文信息提示。

二、配置要求：

1. 主机：1台。

2. 脑电双频谱指数模块及患者连接线：1个。

3. 成人指夹式血氧饱和度探头：1个。

品目 12-6：体感诱发电位仪

（一）功能要求：

1. 体感诱发电位：支持四肢体感诱发电位，可同步显示平均叠加、实时、堆栈、数据表、数据趋势图、实时噪声分析等多个窗口。

2. 听觉诱发电位：可设置左侧、右侧、双侧刺激；具备脑干听觉诱发电位滤波功能；可同步显示平均叠加、实时、堆栈、数据表、数据趋势图、实时噪声分析等多个窗口。

3. 多窗口显示：可实现实时波形、趋势图、数据表格、视频图像、事件窗口等多窗口同步显示，可自定义组合。

▲4. 噪声分析功能：可分析当前环境下的固定频率干扰，并给出建议刺激频率，指导临床做出调整，得到更准确的监测数据。

（二）技术参数：

1. 放大器：

1.1 通道数：≥16通道，电极输入≥32个，地线接口≥2个。

1.2 灵敏度：0.1μV/Div～10mV/Div。

1.3 陷波：关闭、50Hz、60Hz可选。

1.4 输入噪声：≤3μV（峰-峰值）。

1.5 输入阻抗：≥100MΩ。

1.6 共模抑制比：≥100dB。

1.7 阻抗测量：所有输入的电极及地电极均可检测。

▲1.8 A/D转换：≥24位。

▲1.9 采样频率：≥25kHz。

1.10 扫描速度：1ms/Div～1000ms/Div。

2. 电刺激器：

2.1 具备独立电刺激器，可与经颅电刺激器同时使用。

2.2 具备高电流、低电流、低电压三种输出模式。

2.3 高电流输出通道≥8个，每个通道输出范围0mA～100mA。

2.4 低电流输出通道≥1个，输出范围0mA～5mA。

2.5 具备多脉冲刺激功能。

2.6 具备双相脉冲刺激功能。

2.7 刺激频率：0.5Hz～90Hz可调。

2.8 刺激脉宽：50μs～1000μs范围内可选。

▲2.9 电流反馈：可在软件上反馈实际刺激电流值。

2.10 自动保护功能：最大承受电压≥400V，超载自动保护。

3. 听觉刺激器：

3.1 声音类型：嘀答声（交替音、致密音、稀疏音）。

3.2 刺激模式：左侧、右侧、双侧可选。

3.3 刺激声强：-10dB（nHL）～100dB（nHL）范围内分档可调，调节步长≤1dB。

3.4 刺激频率：0.5Hz～30Hz。

（三）配置要求（单台/套）：

1. 一体机工作站：1台。

2. 基本单元及其连接线：1套。

3. 放大器及其连接线：1套。

4. 放大器延长盒：2个。

5. 电刺激器及其连接线：1套。

6. 听觉刺激器：1套。

7. 隔离电源及其电源线：1套。

8. 电源适配器：1个。

9. 诱发电位耗材：1套。

10. 纸质报告输出设备：1台。

11. 仪器车：1台。

12. 噪声分析软件：1套。

13. 听觉诱发电位软件：1套。

14. 体感诱发电位软件：1套。

第 41 包：

品目 41-1：困难气道车

（一）技术参数

1、内窥镜处理器：具备电子内窥镜图像处理器。

1.1、显示屏幕：采用多点触控高清液晶屏，屏幕尺寸≥15.6英寸，屏幕分辨率≥1920×1080。

1.2、传输方式：具备有线和无线传输功能，可兼容视频硬镜、视频喉镜、支气管镜等镜体。

1.3、支架设计：配备可调节观察角度的支撑支架，设提手，便于临床使用及转运携带。

1.4、供电方式：图像处理器及无线中转器均内置锂电池，具备电量管理功能。

1.5、内置多媒体：内置多媒体模块，可提供专业资讯、文献及操作教学视频等内容。

▲1.6、输入端口：具备≥2路视频输入接口（如HDMI、DVI、CVBS、Type-C等），可实现投屏。

1.7、图像处理方式：具备光源亮度、显示屏亮度、白平衡、自动增益、测光模式、图像降噪、轮廓及构造增强、对比度、色调及饱和度调节、图像翻转、电子缩放、图像

冻结等图像处理功能。

1.8、输出分辨率：≥1920×1080。

1.9、病历管理：内置病历管理模块，可制作图文报告，并可通过有线或无线方式连接打印机输出病历报告。

1.10、显示模式：具备单镜、双镜及多镜联合显示模式，支持≥2路画面同屏显示。

1.11、计时功能：具备手术计时功能。

2、超细电子支气管镜：具备超细电子支气管镜。

2.1、成像原理：采用数字电子成像技术（CMOS或CCD），工作软管不含导像、导光纤维。

2.2、手柄设计：操作手柄采用轻质耐腐蚀材料，重量≤290g。

2.3、视场角：≥120°。

2.4、分辨率：≥22 lp/mm。

2.5、热插拔：具备一键热插拔，免防水帽设计。

▲2.6、插入部尺寸：插入部外径≤2.0mm，无器械通道，长度≥600mm。

2.7、弯曲部角度：前端弯曲部弯曲角度向上≥210°，向下≥150°。

2.8、旋转功能：插入部具备旋转功能，左右各旋转≥120°。

2.9、连接方式：支持无线或有线两种方式连接图像处理器，无需转接。

2.10、照明：照明采用LED灯，光照度≥13000 lx。

2.11、景深：2～200mm。

2.12、手柄按键：手柄按键可同时设置≥3种自定义功能，可选功能不少于10种，包括：拍照、录像、冻结/释放、手术计时、光源亮度、白平衡、自动增益控制、测光模式、降噪、轮廓增强、构造增强、对比度、色调、饱和度、图像翻转、缩放、视框切换等。

2.13、放大功能：具备图像放大功能，放大级数≥6级。

3、细电子支气管镜：具备细电子支气管镜。

3.1、成像原理：采用数字电子成像技术（CMOS或CCD），工作软管不含导像、导光纤维。

3.2、手柄设计：操作手柄采用轻质耐腐蚀材料，重量≤290g。

3.3、视场角：≥120°。

3.4、分辨率：≥22 lp/mm。

3.5、热插拔：具备一键热插拔，免防水帽设计。

▲3.6、插入部尺寸：插入部外径≤2.8mm，器械通道内径≥1.2mm，长度≥600mm。

3.7、弯曲部角度：前端弯曲部弯曲角度向上≥210°，向下≥150°。

3.8、旋转功能：插入部具备旋转功能，左右各旋转≥120°。

3.9、连接方式：支持无线或有线两种方式连接图像处理器，无需转接。

3.10、照明：照明采用LED灯，光照度≥13000 lx。

3.11、景深：2～200mm。

3.12、手柄按键：手柄按键可同时设置≥3种自定义功能，可选功能不少于10种，包括：拍照、录像、冻结/释放、手术计时、光源亮度、白平衡、自动增益控制、测光模式、降噪、轮廓增强、构造增强、对比度、色调、饱和度、图像翻转、缩放、视框切换等。

3.13、放大功能：具备图像放大功能，放大级数≥6级。

4、电子支气管镜：具备电子支气管镜。

4.1、成像原理：采用数字电子成像技术（CMOS或CCD），工作软管不含导像、导光纤维。

4.2、手柄设计：操作手柄采用轻质耐腐蚀材料，重量≤290g。

4.3、视场角：≥120°。

4.4、分辨率：≥22 lp/mm。

4.5、热插拔：具备一键热插拔，免防水帽设计。

▲4.6、插入部尺寸：插入部外径≤3.4mm，器械通道内径≥1.7mm，长度≥600mm。

4.7、弯曲部角度：前端弯曲部弯曲角度向上≥210°，向下≥150°。

4.8、旋转功能：插入部具备旋转功能，左右各旋转≥120°。

4.9、连接方式：支持无线或有线两种方式连接图像处理器，无需转接。

4.10、照明：照明采用LED灯，光照度≥13000 lx。

4.11、景深：2～200mm。

4.12、手柄按键：手柄按键可同时设置≥3种自定义功能，可选功能不少于10种，包括：拍照、录像、冻结/释放、手术计时、光源亮度、白平衡、自动增益控制、测光模式、降噪、轮廓增强、构造增强、对比度、色调、饱和度、图像翻转、缩放、视框切换等。

4.13、放大功能：具备图像放大功能，放大级数≥6级。

5、小儿视频硬镜：具备小儿视频硬镜。

▲5.1、屏幕尺寸：≥3.5英寸医用全触摸显示屏，支持压力感应，戴手套不影响操作。

5.2、连接方式：采用金属航空接头，可一键带电插拔，无需旋转。

5.3、供电方式：内置高容量锂电池，具备电量管理功能，工作时间≥240min。

5.4、输出端口：具备USB接口，可传输存储数据；具备HDMI接口，具备实时图像传输功能。

5.5、拍照/录像：可一键拍照、录像、录音，并在主机上直接阅读、回放。

5.6、教学视频：内置操作使用教学视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

5.7、环境模式：具备户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

5.8、显示器转动角度：显示器前后转动≥130°，左右≥240°。

5.9、成像原理：数字电子成像技术，无内置光纤，视角≥90°。

5.10、硬镜尺寸：硬镜直径≤2.2mm，长度≥280mm。

5.11、硬镜材质：记忆金属材料，前端部分可任意塑型，利于困难气道处理。

5.12、给氧通道：配备给氧通道，可在插管的同时给氧。

5.13、消毒方式：可采用浸泡、低温等离子、环氧乙烷等消毒、灭菌方式。

6、小儿可视喉镜：具备小儿可视喉镜。

▲6.1、屏幕尺寸：≥3.5英寸，显示分辨率≥640×480。

6.2、操作方式：采用医用电阻触摸屏，支持压力点触，方便医生戴手套操作。

6.3、输出端口：具备USB接口，可传输存储数据；具备HDMI接口，具备实时图像传输功能。

6.4、显示器转动角度：显示器前后转动≥130°，左右≥240°。

6.5、多功能手柄：配备可调节多功能手柄，同一手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求。

6.6、防雾功能：前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

6.7、照明：照明采用1个LED灯，亮度≥1000 lx。

6.8、搭配叶片规格：具备多种叶片规格，包括新生儿型、儿童型、成人型、成人困难型。

7、困难气道车：具备困难气道车，并配备气管插管工具，包括气管导管、开口器、牙垫、气管插管引导丝、耳鼻喉麻醉喷雾器、鼻咽通气异型导管、可视喉罩、环甲膜

穿刺套件、人工呼吸囊等。

（二）配置要求

1、电子内窥镜图像处理器（含推车）：1台。

2、超细电子支气管镜：1套。

3、细电子支气管镜：1套。

4、电子支气管镜：1套。

5、监视软镜（麻醉视频喉镜）：1条。

6、小儿视频硬镜（麻醉视频喉镜）：1套。

7、小儿可视喉镜：1套。

8、困难气道车（含气管插管工具）：1台。

品目 41-2：视频气管插管镜

配置1：1台/套

1、视场角：≥90°。

2、成像原理：采用电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

3、景深：3-100mm。

4、操作手柄按键：≥1个按键。

5、吸引阀座：具备吸引按键。

▲6、软镜插入管：外径≤3.2mm,内通道≥1.2mm。

7、软镜工作软管有效长度：≥600mm。

9、软管前端弯曲角度：向上弯曲≥160°，向下弯曲≥130°。

10、外接显示器：可外接图像处理器。

11、光源：内置LED冷光源，具备防雾功能。

12、操作手柄：医用高分子材料，耐腐蚀。

13、操作部防水等级：≥IPX7。

14、消毒方式：全浸泡和环氧乙烷消毒。

15、显示器转动角度：左右旋转180°，上下旋转180°。

16、内存：≥32G。

17、电池续航：≥180分钟。

▲18、设备使用年限：≥6年。

配置2：1台/套

（一）技术参数

1、成像原理：采用数字电子成像技术（CMOS或CCD），工作软管不含导像、导光纤维。

▲2、软镜插入管外径：≤2.8mm。

3、软镜工作软管有效长度：≥600mm。

4、视场角：≥120°。

5、景深：3～200mm。

▲6、插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。

7、操作手柄电子按键：≥3个，可控制大小屏切换、拍照录像、图像冻结和解冻等功能。

8、图像处理器：配备手持式LCD显示屏，屏幕尺寸≥3.5英寸，支持电容式触摸屏操作。

9、显示分辨率：≥720×720。

10、色彩参数调节：具备对比度、饱和度及亮度调节功能。

11、存储方式：支持SD卡等存储介质，可存储图片及视频，内存容量≥32GB。

12、供电方式：

12.1、内置可充电电池，方便科室自行更换，搭配内窥镜操作部使用，电池续航时间≥4h。

12.2、配备备用电池，采用通用规格可充电电池，便于更换，维护成本低。

（二）配置要求

1、视频气管插管镜：1条。

2、图像处理器：1台。

品目 41-3：振荡排痰机

（一）技术参数：

1、控制系统

1.1、液晶触摸显示屏≥12英寸，分辨率：≥800×600，具备锁屏功能；

1.2、具有双人通道界面、单人通道界面；双人通道界面可同时显示两个病人的治疗参

数、治疗模式、治疗时间、治疗频率；单人通道界面可切换病人通道；

1.3、具有治疗频率实时数值和波形显示功能；

2、气振排痰

▲2.1、治疗模式：手动模式、自动模式（≥5种）和自定义模式；

2.2、频率可设置：

2.2.1、成人：1-25Hz，调节步长≤1Hz，误差：±20%以内或±2Hz以内；

2.2.2、儿童：1-15Hz，调节步长≤1Hz，误差：±20%以内或±2Hz以内；

2.3、治疗压力设置范围：3-30mmHg，调节步长≤1mmHg，误差：±1mmHg以内；

2.4、治疗时间设置：

2.4.1、手动模式：1min-60min，调节步长≤1min；

2.4.2、自动模式：5min-20min，调节步长≤5min；

2.4.3、自定义模式：5min-20min，调节步长≤1min；

2.5、气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定参数不会改变；

3、叩击排痰：

3.1、治疗模式：手动模式、自动模式（≥4种）和自定义模式；

3.2、治疗时间设置：

3.2.1、手动模式：1min-99min，调节步长：≤1min；

3.2.2、自动模式：5min-20min，调节步长：≤5min），

3.2.3、自定义模式：5min-20min，调节步长：≤5min）

3.3、叩击排痰治疗频率设置：

3.3.1、成人：10-60Hz，调节步长≤1Hz，误差：±10%以内或±2Hz以内，

3.3.2、儿童：10-30Hz，调节步长≤1Hz，误差：±10%以内或±2Hz以内

3.4、叩击排痰支持双人通道使用；

3.5、成人叩击头：径向振幅6mm±15％；

3.6、儿童叩击头：径向振幅3.4mm±20％。

3.7、传动软轴的长度1.8m±0.2m，可围绕传动动力头手柄进行360°转动，可拆卸；

3.8、叩击排痰噪音：≤65dB(A)；

4、充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力，气囊泄压时间≤10s；

5、具备排痰背心、可选配排痰胸带；

6、具备雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布

在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%；

7、具有急停开关，可随时中止治疗程序；

8、具有故障提示功能，可声音提示，音量可调；

（二）配置要求

1、主机：1台

2、排痰背心：7个；

3、排痰胸带：7个；

4、台车：1个。

第 48 包：

品目 48-1：输血泵

1、整机使用期限≥8年（以产品使用说明书或注册资料载明的使用期限为准）。

▲2、支持输血功能。

3、支持肠内营养液输注功能。

▲4、输液精度≤±5%。

5、输液速度范围：0.1mL/h~2000mL/h，最小步进0.1mL/h。

6、快推速度范围：0.1mL/h~2000mL/h。

7、可自动统计不少于4种累计量，至少包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量。

8、输液模式不少于6种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间断给药模式。

9、支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药物输注。

10、显示屏尺寸≥3.5英寸，彩色显示，支持触摸操作。

▲11、具备药物库功能，可储存不少于1000种药物信息。

12、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。

13、阻塞压力报警档位不少于10档，最低档位可设置值≤150mmHg。

14、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

15、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预即可自动重新启动输液。

16、具备气泡报警功能，单个气泡报警灵敏度≤100μL。

17、具备历史记录功能，可存储不少于1500条历史记录。

18、电池工作时间≥5h（25mL/h流速下）。

19、防异物及进液等级：IP44。

20、整机重量≤2kg。

21、具备便携设计，适用于转运过程使用。

品目 48-2：输液泵

1、整机使用期限≥8年（以产品使用说明书或注册资料载明的使用期限为准）。

2、支持输血功能。

3、支持肠内营养液输注功能。

▲4、输液精度≤±5%。

▲5、输液速度范围：0.1mL/h~2000mL/h，最小步进0.1mL/h。

6、快进流速范围：0.1mL/h~2000mL/h。

7、可自动统计不少于4种累计量，至少包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量。

8、输液模式不少于6种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间断给药模式。

▲9、支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药物输注。

10、可选配时辰给药模式，支持正弦时辰给药和恒速时辰给药方式，适用于化疗药物输注。

11、显示屏尺寸≥3.5英寸，彩色显示，支持触摸操作。

12、具备药物库功能，可储存不少于1000种药物信息。

13、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应色彩标识自动显示在屏幕上，颜色不少于4种。

14、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。

15、阻塞压力报警档位不少于10档可调，最低档位可设置值≤150mmHg。

16、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。

17、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解

时，无需人为干预即可自动重新启动输液。

18、具备气泡报警功能，单个气泡报警灵敏度≤50μL。

19、信息储存：可存储不少于1500条历史记录。

20、电池工作时间≥5h（25mL/h流速下）。

21、防异物及进液等级：IP44。

22、整机重量≤2kg。

23、具备便携设计，适用于转运过程使用。

▲24、可接入输液中央站或输注管理系统，实现输注信息集中查看。

25、可接入设备管理看板，用于了解设备使用状态、科室分布、使用率等信息。

品目 48-3：注射泵

1、整机使用期限≥8年（以产品使用说明书或注册资料载明的使用期限为准）。

▲2、注射精度≤±2%。

3、速率范围：0.1mL/h~2000mL/h，最小起始流速和最小步进均为0.01mL/h。

4、快进速度范围：0.1mL/h~2000mL/h。

5、可自动统计不少于4种累计量，至少包括24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量。

▲6、支持注射器规格不少于6种，包括2mL、3mL、5mL、10mL、20mL、30mL、50/60mL。

7、具备注射器安装到位检测及推杆夹持保护功能，防止药液误推。

8、注射模式不少于6种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间断给药模式。

▲9、支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药物输注。

10、显示屏尺寸≥3.5英寸，彩色显示，支持触摸操作。

11、具备药物库功能，可储存不少于1000种药物信息。

12、支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应色彩标识自动显示在屏幕上，颜色不少于4种。

13、具备在线动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值。

14、压力报警阈值不少于10档可调，最低档位可设置值≤150mmHg。

15、具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上

升并在屏幕上进行提示。

16、具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预即可自动重新启动输液。

17、信息储存：可存储不少于1500条历史记录。

18、电池工作时间≥5h（5mL/h流速下）。

19、防异物及进液等级：IP44。

20、整机重量≤2.2kg。

21、具备便携设计，适用于转运过程使用。

▲22、可接入输注中央站或输注管理系统，实现输注信息集中查看。

23、可接入设备管理看板，用于了解设备使用状态、科室分布、使用率等信息。

品目 48-4：肠内营养泵

1、固定方式：配备固定夹，卡口设计，无需工具即可水平或垂直固定。

2、工作方式：蠕动挤压式；双通路采用开合阀门工作原理，可输送高黏稠物质。

3、具备语音提醒功能，可根据临床需要对上次输注参数进行记忆配置或清除。

▲4、显示和操作：采用≥4.5英寸彩色电容触摸屏设计。

▲5、工作模式：不少于5种，至少包括连续模式、间歇模式、脉冲模式、科学喂养模式、冲洗模式。

6、流速范围：1mL/h~2000mL/h，最小步进0.1mL/h。

7、预置量范围：0mL~20000mL，最小步进0.1mL。

8、流速误差：≤±5%；流量误差：≤±5%。

▲9、具备输注精度微调功能，微调范围-8%~8%。

10、间歇模式：喂养次数1次~99次；间歇时间1min~23h59min。

11、冲洗模式：具备自动冲洗和手动冲洗两种方式。

11.1、自动冲洗：冲洗速度1mL/h~2000mL/h，最小步进0.1mL/h；冲洗量范围0mL~1000mL，最小步进1mL，设置为0mL时不进行冲洗；冲洗间隔时间1min~23h59min，最小步进1min。

11.2、手动冲洗：冲洗速度1mL/h~2000mL/h；冲洗量范围0mL~1000mL，最小步进1mL。

▲12、反抽、冲洗功能：速度：100mL/h~2000mL/h，最小步进1mL/h；反抽、冲洗

量：1mL~1000mL，最小步进1mL；可选择开启或关闭脉冲冲洗方式。

13、加热功能：加热温度30℃~40℃；加热功能可选择开启或关闭。

14、加温装置超温报警功能：加热过程中检测到加热条温度超过45℃时，应发出超温报警。

15、气泡灵敏度3档可调，可根据需要关闭气泡检测；气泡报警值范围：400μL~3900μL。

16、阻塞等级：阻塞档位低、中、高三档可调；阻塞压力范围：10kPa~99kPa。

17、报警功能应具备：气泡报警、阻塞报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警等。

18、具有锁屏功能，锁屏时间1min~5min可调。

19、具有历史记录功能，可存储不少于30天的历史记录。

20、背光亮度可调：1级~10级可调，熄灭时间1min~5min可调。

21、具备输注完成及异常提醒功能。

22、电池工作时间：在25mL/h流速下连续工作≥3.5h。

▲23、其他功能：语音提醒、系统休眠、记忆配置、胰岛素提示功能、历史记录、无线监护（选配）、背光、时间设置、键盘锁、语言设置、系统维护、模式锁定。

品目 48-5：电动吸引器

一、主要技术指标

1、类型：高负压、高流量电动吸引器。

2、电源电压：AC 220V±22V；频率：50Hz±1Hz。

3、输入功率：≤180VA。

4、吸引泵类型：活塞泵。

▲5、最大负压值：≥90kPa（允许偏差±10kPa）。

6、负压调节范围：20kPa至最大负压值。

7、自由空气流量：≥20L/min。

8、贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组（倾斜角度≤10°时仍可正常使用）。

9、噪声：≤65dB(A)。

10、熔断器：F2AL250V，Φ5mm×20mm。

11、净重：≤15kg。

12、外形尺寸：≤400mm×360mm×520mm。

13、使用期限：≥5年（易损易耗件除外）。

14、设备分类：非AP/非APG设备（不能在与空气混合的易燃麻醉气体，或与氧气、氧化亚氮混合的易燃麻醉气体的环境下使用）。

15、运行模式：非连续运行，开30min、关30min。

16、电击防护：Ⅰ类ME设备。

17、应用部分：B型应用部分。

18、对有害进液和颗粒物质的防护等级：IPX0。

品目 48-6：呼吸湿化治疗仪

配置1：14台/套

一、整机与显示要求

1、采用≥4英寸彩色触摸控制屏，屏幕亮度可调节。

2、内置涡轮：无需空压机，无气源也可独立工作。

3、支持高压氧和低压氧，可直接连接中心供氧，无需外接浮子流量计。

▲4、内置空氧混合系统，氧浓度可通过主机直接调节。

5、可选配内置锂电池，电池续航时间≥4h，断电不停机。

6、主机和附件气道分离，供气回路和患者回路相互独立，降低主机污染概率。

7、供气回路与患者回路相对独立，具备防止患者气体回流接触主机的结构设计，无需对主机内部气路进行消毒。

8、标配无消耗氧传感器，无需使用氧电池等耗材。

▲9、支持监测参数和设置参数同屏显示。

10、主机屏幕具备自动锁屏功能。

11、具备独立的静音键，具备复位静音功能。

二、通气功能和设置参数

1、具有高流量模式和低流量模式。

2、具有一键增氧功能，可一键增加吸入氧浓度。

3、可选配血氧监测功能，用于血氧饱和度监测、脉率监测和灌注指数监测。

4、可选配氧反馈调节功能，可通过设置氧浓度调节范围和目标血氧饱和度范围，在设定范围内调节氧浓度使血氧饱和度达到目标范围。

5、可选配流量反馈调节功能，可自动调节氧疗流量以满足患者吸气需求。

6、具有氧疗计时功能。

7、具有管路干燥功能。

▲8、吸入氧浓度：21%~100%。

▲9、氧疗流量：2L/min~80L/min。

▲10、温度：29℃~37℃，可连续调节。

11、加湿档位：不少于3档可调。

三、监测参数和报警

1、可选配氧疗效果评估功能（如ROX指数），用于评估患者氧疗效果。

2、标配呼吸频率监测，评估患者呼吸状态。

3、可选配患者吸气峰值流量监测，辅助评估患者状态。

4、具有水位过低报警，防止水罐无水干烧。

四、配附件要求

1、提供配套使用的加热呼吸管路、湿化水罐、患者连接附件。

2、加温呼吸管路：内置加热丝，可监测温度，并根据温度变化自动调节管路加温功率。

3、标配低压氧气源连接软管。

4、可选配台车转运气瓶固定支架。

五、信息互联

1、标配Wi-Fi模块。

2、标配USB数据接口。

3、支持与监护仪通过有线或无线方式融合显示在中央站界面。

4、支持通过移动端软件查看患者实时生命体征、氧疗仪参数信息。

配置2：20台/套

1、适用范围：

1.1、有自主通气并需要辅助呼吸治疗的患者。

1.2、需实行气道保护策略的患者（包括气管切开患者）。

1.3、需要支气管净化治疗的患者。

2、专业模式：

2.1、成人模式。

2.2、儿童模式。

3、病人连接界面：

3.1、鼻塞：成人小号、中号标配，大号选配。

3.2、人工气道连接管。

3.3、面罩连接管。

3.4、儿童鼻塞：提供不少于3种规格并附临床使用说明。

4、病人界面连接管具有透水不透气性能，可减少液态冷凝水。

5、提供与主机配套使用的加热管路、湿化水罐、病人界面，并提供配套兼容性说明。

▲6、主机具有气体过滤功能，细菌过滤效率≥99.99%，病毒过滤效率≥99.9%。

7、显示屏：彩色高清LCD显示屏。

▲8、主机内置消毒功能：配套专用消毒管路，加热温度≥80℃，持续时间≥30min。

9、主机具有实时消毒状态监测和显示功能。

10、主机具有消毒次数指示功能。

11、流量设置范围：2L/min~60L/min。

12、流量调节步进：2L/min~25L/min范围内步进1L/min；25L/min~60L/min范围内步进5L/min。

13、氧浓度监测/设置范围：21%、25%~95%；氧浓度测量精度：±2.5%（体积分数）。

14、内置涡轮技术：无需空压机，无气源也可独立工作。

15、气体温湿度设置：

15.1、目标温度31℃时，湿度＞10mg/L。

15.2、目标温度34℃时，湿度＞10mg/L。

15.3、目标温度37℃时，湿度＞33mg/L。

16、主机具有设置锁定功能，防止误操作更改参数。

17、提供配套自动注水湿化水罐，具备防止过量注水的安全结构。

18、加热管路内置螺旋加热丝，具备加热和温度监测功能。

19、主机可实时监测参数：气体流速、气体温度、气体氧浓度。

20、主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流速、气体温度、气体氧浓度。

21、主机内置氧浓度监测系统，无需氧电池等耗材。

22、主机具有报警功能：

呼吸管路连接异常、漏气、堵塞、氧浓度过高或过低、无法达到目标流量、水罐水量异常、无法达到目标温度、工作条件不合适、断电报警。

23、报警状态按优先级响应，影响氧气输送和湿化输送的报警应立即响应。

24、提供操作培训资料（含操作视频或模拟操作软件），用于指导设置更改、故障模拟及操作技能测试。

25、高压氧管具有导电性能，可降低连接风险。

26、培训：提供高流量相关产品知识培训。

27、配备可移动支架，方便转运。

品目 48-7：输血输液加温仪

一、技术参数要求

1、主机结构：主机外形尺寸（长+宽+高）≤60cm。

2、加热模式：包裹式加温，加温段液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体。

▲3、温度设定范围：30℃~42℃，调节步进≤0.5℃。

4、温度控制：微电脑闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，显示屏尺寸≥40mm×90mm。

5、操作方式：轻触按键，便于清洁消毒，符合感控要求。

6、机器运行时屏幕可同时显示：加热时间、设定温度、加热温度、高温报警、低温报警、传感器故障报警、加热回路故障报警。

7、耗材：可直接对常规输血、输液管路加温，无需专用一次性加热耗材。

8、安全控制：系统内置报警测试功能，可通过面板操作测试报警功能。

▲9、第一级超温报警：检测到加温温度>43℃时，应能自动停止加温，并发出视觉报警和听觉报警。

10、第二级超温报警：检测到加温温度>44℃（允许偏差±1℃）时，应能自动停止加温，并发出视觉报警和听觉报警。

11、低温提示：开始加温5min后，温度≤32℃时，应发出低温提示。

12、传感器故障报警：检测到传感器断路，应能自动停止加温，并发出视觉和听觉报

警。

13、加热回路故障报警：检测到加热回路断路，应能自动停止加温，并发出视觉和听觉报警。

14、加热管结构：硅胶柔性加热套管，内置发热元件不少于2组，配置不少于2组独立温度传感器，发热均匀。

15、加温管尾部采用扩口设计，开口角度≥30°，便于安装，符合护理和感控要求。

16、加热管路可选长度不少于3种，包括0.6m、1.2m、1.8m等。

17、加热管路可选内径不少于2种，适用于常规输液、CRRT等管路。

18、电气安全保护类别：Ⅰ类。

19、电气安全保护级别：BF型，具备防除颤保护。

20、防潮保护级别：IPX2。

21、工作方式：连续运行。

22、电源：AC 100V~240V，50Hz/60Hz。

23、输入功率：≤120VA。

24、重量：≤2.0kg。

25、使用期限：≥8年。

品目 48-8：雾化泵

1、适用范围：用于对液态药物进行雾化，供患者吸入治疗使用。

2、适用人群：各年龄段患者。

3、电源：AC 220V，50Hz。

4、外形尺寸（宽×高×深）：≤250mm×250mm×250mm。

5、重量：≤2.5kg（含电源线）。

6、压缩机流量：≥4L/min。

7、工作噪声：≤55dB(A)。

8、工作压力：120kPa±20kPa。

9、使用期限：主机≥5年，配件≥1年。

10、累计连续工作时长：≥2000h。

11、药物总输出率：≥0.25mL/min。

▲12、雾化颗粒特性：雾粒中位直径（MMAD）1μm~5μm，直径<5μm的雾粒占比

≥60%。

13、最小药物加注容量：2mL。

14、最大药物加注容量：20mL。

品目 48-9：医用配药抽吸泵

1、抽吸泵转速：10r/min~600r/min，分辨率10r/min。

2、适用范围：适用于安瓿瓶水剂及西林瓶粉剂药物的配制抽吸。

3、控制方式：面板按键控制或外接脚踏开关控制（可配无线遥控脚踏开关）。

4、外形尺寸：≤200mm（W）×300mm（H）×220mm（D）。

5、重量：≤4.5kg。

6、适用电源：AC 220V（±10%），50Hz/60Hz；功耗≤120W。

7、工作环境：温度0℃~50℃，相对湿度≤90%。

8、机身采用阻燃ABS工程塑料壳体。

9、具备正转（顺时针）与反转（逆时针）功能，并用两只发光管指示。

10、电源输入端子：标准电源插口；外控输入端子：可连接脚踏开关及脚踏开关无线收发头。

11、配置三只LED发光管，分别指示运行、正转、反转。

12、转矩采用等效测量法，以可带动的最大负载判定合格。

13、可靠性要求：蠕动泵平均故障间隔时间（MTBF）≥1500h。

品目 48-10：胰岛素泵

1、安全锁：具备安全锁定功能。

2、储药器容量：≥300U。

3、防水等级：不低于IPX7。

▲4、基础率最小步长：≤0.05U/h。

5、预设基础率模式：不少于4种。

6、基础率分段：不少于24段。

7、临时基础率调节方式：支持按单位或百分比调节。

8、大剂量输注速率：不少于2种，包括标准模式和快速模式。

9、声响大剂量输注功能：具备。

10、开机自检功能：具备。

11、预设大剂量模式：不少于3种。

12、预设临时基础率：不少于3种。

13、语言：支持中文显示。

14、显示屏：配备彩色显示屏。

▲15、报警/提示类型：支持声响、震动、声响加震动及指示灯闪烁等提示方式。

16、信息回顾：不少于30天。

17、适用人群：适用于需持续皮下胰岛素输注的患者（含儿童）。

18、蓝牙：具备蓝牙数据传输功能。

19、基础率范围：0~35U/h。

20、电池：采用可更换电池供电。

▲21、具备当前活性胰岛素显示功能。

第 49 包：

品目 49-1：输液泵

（一）技术参数

1、磁共振工作站参数

1.1、用于在磁共振环境中配合输注工作站实施静脉液体治疗；

1.2、具备磁通密度超限报警提示功能，报警方式为声光报警，报警音量多级可调（不少于5级）；

1.3、支持有线和无线局域网（Wi-Fi）两种方式与远程控制单元连接；

1.4、可拓展远程控制单元，用于显示输注工作站内各输注泵的输注信息；

1.5、可拓展的远程控制单元：可远程操作输注工作站内各输注泵，包括修改流速、设置预置量、选择输注模式；

1.6、内置锂电池，续航时间不少于8 h；

2、注射泵模块参数

2.1、自动识别注射器：可识别符合GB 15810标准的注射器，规格不少于5 mL、10 mL、20 mL、30 mL、50 mL五种；

2.2、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式；

2.3、速率范围：0.1 mL/h～2000 mL/h，最小增量0.01 mL/h；

▲2.4、注射精度：≤±2%，机械精度：≤±0.5%；

2.5、阻塞压力检测范围：150 mmHg～975 mmHg，阻塞级别不少于8档，并能动态显示管路压力状态；

2.6、注射器装载方式：支持手动装载和自动装载；

2.7、显示屏：屏幕尺寸不小于2.4英寸，支持触摸操作，全中文彩色显示；

2.8、输注主界面可放大显示流速、预置量、剩余时间等关键输注参数；

3、输液泵模块参数

3.1、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、梯度模式、首剂量模式、点滴模式；

3.2、流速范围：0.1 mL/h～1200.0 mL/h，最小增量0.01 mL/h；

3.3、输液精度：≤±5%；

3.4、阻塞压力检测范围：150 mmHg～975 mmHg，阻塞级别不少于8档，并能动态显示管路压力状态；

3.5、显示屏：屏幕尺寸不小于2.4英寸，支持触摸操作，全中文彩色显示；

3.6、气泡检测：最小可检气泡≤25 μL；

3.7、输液泵具有电动止液夹和电动泵门控制功能；

3.8、重量：≤1.5 kg（含锂电池）；

（二）配置要求

1、主机：1台。

2、台车：1台。

3、输液泵：1台。

4、注射泵：1台。

5、交流电源线：1根。

品目 49-2：输液泵

（一）技术参数

1、流速范围：0.10 mL/h～2300.0 mL/h，最小增量0.01 mL/h；

2、输液精度：≤±4.5%；

3、输注模式不少于10种，至少包括速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首

剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式；

▲4、体重模式支持按体表面积（单位：m^2）计算给药速度；

5、快进流速范围：0.10 mL/h～2300 mL/h，快进方式不少于3种；

6、KVO速度：0.1 mL/h～30.0 mL/h可调；

7、具备Anti-bolus（防丸剂）功能，丸剂量≤0.3 mL；

8、阻塞压力检测范围：50 mmHg～1200 mmHg，阻塞级别不少于12档，并能动态显示管路压力状态；

9、支持输血功能；

▲10、显示屏：屏幕尺寸不小于5.0英寸，支持电容触摸操作，全中文彩色显示；

11、气泡检测：最小可检气泡≤25 μL；

▲12、泵体自带提手，无需附加配件即可实现两台泵叠加转运；

▲13、防尘防水等级：≥IP44；

14、具备电动止液夹和电动泵门控制功能；

▲15、内置药物库容量不少于6000种药物；

16、支持药物纠错系统（DERS）功能，当设置的输注参数超过药物库软限值且在硬限值范围内时，设备应给出提示，并允许在确认后启动输注；

17、可存储并回放不少于5000组历史输注记录；

18、可拓展内置无线网络模块，支持与输注中央站或输注管理系统联网；

19、重量：≤1.7 kg（含锂电池）；

20、锂电池续航时间：≥12 h（@25 mL/h）。

（二）配置要求

1、输液泵：1台。

2、紧固夹：1个。

3、交流电源线：1根。

品目 49-3：输注工作站

（一）技术参数

1、多通道工作站参数

1.1、支持不少于2台多通道输注工作站级联通讯，级联后总通道数不少于12个；

1.2、可拓展外部输注加温装置，实现输注液体加温功能；

▲1.3、防尘防水等级不低于IP34；

1.4、控制器内置锂电池；

2、注射泵模块参数

2.1、自动识别注射器：可识别符合GB 15810标准的注射器，规格不少于5 mL、10 mL、20 mL、30 mL、50 mL五种；

2.2、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式；

2.3、体重模式支持按体表面积（单位：m^2）计算给药速度；

2.4、速率范围：0.01 mL/h～2300 mL/h，最小增量0.01 mL/h；

2.5、注射精度：≤±2%，机械精度：≤±0.5%；

2.6、阻塞压力检测范围：50 mmHg～1200 mmHg，阻塞级别不少于12档，并能动态显示管路压力状态；

▲2.7、显示屏：屏幕尺寸不小于5.0英寸，支持电容触摸操作，全中文彩色显示；

2.8、注射器支持全自动装载；

▲2.9、防尘防水等级：不低于IP44；

2.10、能够存储并回放不少于5000组历史输注记录；

2.11、泵体自带提手，单个提手可用于不少于2台堆叠泵的搬运；

2.12、重量：≤2.0 kg（含锂电池）；

2.13、锂电池续航时间：≥12 h（@5 mL/h）。

3、输液泵模块参数

3.1、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式；

3.2、体重模式支持按体表面积（单位：m^2）计算给药速度；

3.3、流速范围：0.10 mL/h～2300.0 mL/h，最小增量0.01 mL/h；

3.4、输液精度：≤±4.5%；

3.5、KVO速度：0.1 mL/h～30.0 mL/h可调；

3.6、阻塞压力检测范围：50 mmHg～1200 mmHg，阻塞级别不少于12档，并能动态显示管路压力状态；

3.7、支持输血功能；

3.8、显示屏：屏幕尺寸不小于5.0英寸，支持触摸操作，全中文彩色显示；

▲3.9、泵体自带提手，单个提手可用于不少于2台堆叠泵的搬运；

3.10、防尘防水等级：不低于IP44；

3.11、具备电动止液夹和电动泵门控制功能；

3.12、重量：≤2.0 kg（含锂电池）；

▲3.13、锂电池续航时间：≥12 h（@25 mL/h）。

（二）配置要求

1、控制器：1台。

2、组合单元：2套。

3、紧固夹（侧面）：2个。

4、输液泵：2台。

5、注射泵：4台。

6、台车：1台。

7、电源线：1根。

品目 49-4：输注工作站

（一）技术参数

1、多通道工作站参数

1.1、支持不少于2台多通道输注工作站级联通讯，级联后总通道数不少于12个；

1.2、可拓展外部输注加温装置，实现输注液体加温功能；

▲1.3、防尘防水等级不低于IP34；

1.4、控制器内置锂电池；

2、注射泵模块参数

2.1、自动识别注射器：可识别符合GB 15810标准的注射器，规格不少于1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50（60） ml八种；

2.2、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式；

2.3、体重模式支持按体表面积（单位：m^2）计算给药速度；

2.4、速率范围：0.01mL/h～2300mL/h，最小增量0.01mL/h；

2.5、注射精度：≤±2%，机械精度：≤±0.5%；

2.6、阻塞压力检测范围：50 mmHg～1200 mmHg，阻塞级别不少于12档，并能动态显

示管路压力状态；

▲2.7、显示屏：屏幕尺寸不小于5.0英寸，支持电容触摸操作，全中文彩色显示；

2.8、注射器支持全自动装载；

▲2.9、防尘防水等级：不低于IP44；

2.10、能够存储并回放不少于5000组历史输注记录；

▲2.11、泵体自带提手，单个提手可用于不少于2台堆叠泵的搬运；

2.12、重量：≤2.0 kg（含锂电池）；

▲2.13、锂电池续航时间：≥12 h（@5 mL/h）。

（二）配置要求

1、控制器：1台。

2、组合单元：1套。

3、紧固夹（侧面）：1个。

4、注射泵：4台。

5、便携式输液泵：1台。

6、台车：1台。

7、电源线：1根。

品目 49-5：注射泵

（一）技术参数

1、速率范围：0.01mL/h～2300mL/h，最小增量0.01mL/h；

▲2、自动识别注射器：可识别符合GB 15810标准的注射器，规格不少于1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50（60） ml八种；

3、注射精度：≤±2%，机械精度：≤±0.5%；

4、输注模式不少于9种，至少包括速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式；

5、体重模式支持按体表面积（单位：m^2）计算给药速度；

6、快进流速范围：0.01 mL/h～2300 mL/h，快进方式不少于3种；

7、阻塞压力检测范围：50 mmHg～1200 mmHg，阻塞级别不少于12档，并能动态显示管路压力状态；

▲8、显示屏：屏幕尺寸不小于5.0英寸，支持电容触摸操作，全中文彩色显示；

9、可在屏幕上显示虚拟注射器，便于观察药物余量；

▲10、注射器支持全自动装载；

▲11、泵体自带提手，无需附加配件即可实现两台泵叠加转运；

▲12、防尘防水等级：≥IP44；

13、内置药物库容量不少于6000种药物；

14、支持不少于30种药物分类；

15、支持药物纠错系统（DERS）功能，并具备药物检索功能和配伍禁忌提示功能；

16、具备注射器位移监测功能，可实时监控注射器位移状态；

17、可存储并回放不少于5000组历史输注记录；

18、可拓展蓝牙接口，支持与外部设备进行数据对接；

19、重量：≤1.7 kg（含锂电池）；

20、锂电池续航时间：≥12 h（@5 mL/h）。

（二）配置要求

1、注射泵：1台。

2、紧固夹：1个。

3、交流电源线：1根。

四、其他相关要求

（一）保修期

自验收完成之日起计算，本项目所有设备保修期不少于 5 年（60 个月）。

（二）售后服务要求

1、在货物到达后，负责设备安装、调试、运行、性能测试并提供完整的报告，保证采购人正常使用；

2、提供详细的中英文操作手册及维护手册；

3、质保期内负责免费维修、更换配件；

4、在质保期内，货物报修后，2 小时内响应，4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。超过 24 小时未排除故障，免费提供备用货物，所有费用由投标人承担。

5、提供货物最新技术资料，享受终身免费升级服务；

6、质保期外，若为投标人或制造商提供零部件销售，且负责仪器的维修，配件费用按成本价收取；

7、投标人或制造商的应用支持可针对采购人提出的特殊试验，协助建立实验方案。如果采购人将来有新的技术应用，投标人可派专业技术人员协助；

8、提供在北京地区设有的维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等；

9、为保证货物正常运行，货物原厂应在中国境内有备件库，储备所有必要的零配件，并保证货物停产后不少于 10 年的供应期；

10、每年免费进行不少于两次货物维护和保养，节假日及重大活动期间配合医院完成货物巡检。

11、本项目中货物承诺按照采购人统一规划，依据采购人信息集成的需要，免费与采购人信息系统实现业务和数据集成，承担联网和监测所需的数据采集器、软件接口等费用。随机的业务应用系统所需的硬件资源（包含不限于服务器、工作站终端、输入输出货物等）和系统所需正版软件，无需采购人额外提供。

12、货物信息安全管理要求：

12.1、本项目中货物承诺遵守采购人信息安全统一管理的要求，签署货物信息安全及数据保密承诺书，接受并配合相关信息安全检查，并按照要求进行相关整改。

12.2、投标人或制造商应提供货物信息安全相关技术文档，包括不限于拓扑图、权限表、端口说明等。

12.3、本项目中货物未经授权投标人或制造商不得接入互联网或外部局域网，不得擅自使用系统“后门”“远程控制”，不得擅自加装信号发射装置，未经审批不得远程调取或拷贝数据，未经审批数据不得存储于“云端”或境外。

注：以上售后服务由投标人或由产品制造商提供的，均视同为满足相关服务要求。

（三）培训等相关要求

1、在安装调试完毕后，投标人免费负责对采购人的相关人员进行培训，培训内容包括货物的日常开关机、货物初始化过程、货物操作规范、维护保养、故障识别及排除等，直至采购人的相关人员能够熟练掌握为止；

2、投标人在中国境内设有专业的培训中心，为采购人提供两个免费培训名额，培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

第六章　拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后 10 个工作日内确认通过。
2. 采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起 30 日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%。
7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资

金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

采购合同（医疗科研专用设备）

项目名称：_____

货物名称：_____

甲　方：首都医科大学附属首都儿童医学中心

乙　　方：_____

签署日期：_____

合同书

首都医科大学附属首都儿童医学中心（甲方）_____（项目名称）中所需____（货物名称）经_____以_____号招标文件在国内招标。经评标委员会评定_____（乙方）为中标人。甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b. 合同一般条款

c.合同特殊条款

d. 中标通知书

e.附件

1. 设备配置清单

2. 售后服务承诺书

3. 廉洁购销合同

4. 反商业贿赂承诺书

2、货物和数量

本合同货物名称：

本合同货物品牌：

本合同货物型号：

数量：

设备配置清单见 附件 1

3、合同总价

本合同总价_____元人民币（大写：_____元整）。

合同总价包括设备货款、配件费及随机软件费、办理设备进口关税、报关费、银行费用、仓储费、运输费、装卸费、保险费、手续费、安装调试费、售后维保费、终身维修费、升级费、培训费、检测维护费、人工费、税费、代理费及商检费、利润等所需全部费用，除此以外甲方不再支付乙方任何费用，但双方另有书面约定的除外。

分项价格：

序号	设备名称	规格型号	原产地和制造商	单价(元)	数量	总价(元)

4、付款方式

本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：合同签订后 30 天内交货，甲方验收合格为交付完成。

交货地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心

7、合同的生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

甲　方：　首都医科大学附属首都儿童医学中心　　乙　方：

名　称：（印章）　　名　称：（印章）

年　月　日	年　月　日
法定代表人	法定代表人
或授权代表（签字）：	或授权代表（签字）：
地 址：北京市朝阳区雅宝路 2 号	地 址：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
开户行代码：	开户行代码：

合同条款

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “甲方”系指采购人或购买服务的单位。

1.6 “乙方”系指根据合同约定提供服务及相关服务的供应商，即中标人。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其响应文件的技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，因此造成甲方损失（包

括但是不限于律师费、诉讼费、损害赔偿等），全部由乙方承担，甲方有权解除合同并要求不低于五万元的损害赔偿金。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重／净重：

尺寸(长×宽×高以厘米计)：

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种，见合同特殊条款。

6.1.1 现场交货：由乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用和交付完成前的风险均由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后 24 小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知甲方。

7.2 如因乙方延误将上述内容用电报或传真通知甲方，由此引起的一切后果损失应由乙方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由乙方办理保险，按照发票金额的 110％办理“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物；如果货物是按甲方自提货物方式报价的，其保险由甲方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见合同特殊条款。

10 .技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：合同生效后 10

天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图邮寄给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后 3 天内将这些资料免费邮寄给甲方。

11. 质量保证

11.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。除合同书或合同特殊条款另有明确约定外，乙方在收到通知后最迟 7 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后 7 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.5 除技术规格或合同特殊条款另有明确约定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收合格之日起 60 个月。

12. 检验和验收

12.1 在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，甲方应在 30 个工作日内组织验收，并制作验收备忘录，签署

验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应在甲方指定的期限内更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 甲方有在货物制造过程中派人员监造的权利, 乙方有义务为甲方监造人员行使该权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。若责任应由保险公司或运输部门承担的，乙方应当先行赔偿。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 7 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款或履约保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以支付索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿。

14. 迟延交货

14.1 乙方应按照本合同中甲方规定的时间交货和提供服务。

14.2 如果乙方无正当理由迟延交货，甲方有权要求乙方承担违约责任及全部损害赔偿责任，并有权解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 保密条款

15.1 本合同所述的保密信息是指甲乙双方及其工作人员知悉的与本合同及其项目相关的管理信息、财务信息和技术信息、个人（包括患者）信息等。

15.2 任何一方未经对方书面同意，不得将保密信息泄露给任何第三方或作他用，保密期限为永久。法律、法规、规章另有规定和下列情形除外：（1）与本合同项目有直接关系且必须了解有关机密信息的人员，即雇佣人员。（2）具有合法权利或职责的接受方的专业顾问。

15.3 发生下列情况，甲乙双方及其工作人员对保密信息不负有任何义务：（1）已经被公众了解或知晓的；（2）根据法院命令或根据具有司法管辖权的政府或行政主管机构的要求而必须透露的。

15.4 双方均应依据所有适用的法律和法规来处理合同履行过程中收集并被纳入数据库的数据。在归档或处理关联的数据时，各方应采取一切适当的措施对该等数据进行保护并防止未经授权的第三方接触该等数据。

15.5 一方及其工作人员违反保密义务，除承担不低于五万元的损害赔偿金外，另一方有权采取追究违约责任至解除合同在内的全部措施。

16. 合规、反贿赂、反腐败和利益冲突等

16.1 双方应当以符合反贿赂和反腐败相关法律法规条款规定的方式履行其在本协议项下之义务。各项费用的支付并非为了获得不正当利益或不公平的商业优势，或影响他人或官方的决策、影响处方行为或诱使任何人违反职业职责或标准。

16.2 双方未曾亦不会直接或间接向政府官员、客户、业务伙伴、医疗专业人士或其他任何人提供任何利益。

16.3 双方均应当按相关法规要求储存、使用和公开相关的信息（包括个人数据）。

16.4 双方确认己方成员不受任何冲突义务或法律障碍的约束，亦不存在可能干扰或影响合同履行涉及的数据的完整可靠性的情形。一方如获悉其人员与另一方之间存在任何财务或利益关系，应立即通知另一方。

17. 违约责任

17.1 乙方逾期履行合同义务或发生违法行为、违规行为、违约行为，或者出现差错，按天/次向甲方承担合同总金额 1%的违约金及全部损害赔偿责任。违约金累计达到合同总金额的 10%，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额 30%的违约责任。

17.2 甲方解除合同并予以退货的，乙方除返还甲方已付款项之外，还应赔偿因延迟交货或退货给甲方造成的全部损失并承担合同总金额 30%的违约责任。

17.3 因乙方原因导致甲方退货的，乙方应按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回设备所需的其他必要费用和合同总金额 30%的违约金。

17.4 因设备质量问题造成任何事故损失或第三方损害的，均由乙方承担相应的责任，给甲方造成损失的由乙方全部予以赔偿，给第三方造成损害的由乙方承担赔偿责任，甲方并有权解除合同且要求乙方承担合同总金额 30%的违约责任。

17.5 因乙方原因导致人身损害、财产损失的，甲方有权解除合同，乙方承担全部损害赔偿责任和合同总金额 30%的违约金。

17.6 乙方不得擅自用甲方名称和本合同做任何公布、宣传、推广等为第三方知悉双方合作关系的行为，否则需要承担合同总金额 30%的违约责任和全部损害赔偿责任。

17.7 未经甲方书面同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。乙方擅自转让或者分包，转让或者分包行为无效。乙方与接受转让或者分包方承担连带责任；乙方并需向甲方承担合同总金额 30%的违约责任。

17.8 乙方出现虚假、欺诈等违背诚实信用原则的行为，或者引发舆情等导致社会评价下降，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额 30%的违约责任。

17.9 乙方因本合同的履行而获得或知悉的甲方、患者的任何资料和信息均视为保密信息，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息以任何形式透露给第三方。如乙方原因导致甲方、患者等信息泄露、损失、索赔等，甲方有权解除合同，乙方承担全部损害赔偿责任和合同总金额 30%的违约责任。

17.10 甲方解除合同的，自甲方发出解除通知的次日合同解除。

17.11 甲方有权从应当支付给乙方的费用中扣除乙方应当承担的违约金、损害赔偿金等。

17.12 上述条款约定的违约金和损害赔偿金应当在行为发生的次月内完成支付。逾期支付的，需按照应付款项千分之五/日的标准支付逾期违约金。

18. 不可抗力

18.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

18.2 受事件影响的一方应在不可抗力的事件发生后尽快书面形式通知另一方。

18.3 不可抗力使本合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的或双方协商不成的，合同解除。

19. 税费

19.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

20. 争议管辖

20.1 发生争议，双方友好协商。

20.2 如果协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方的诉讼费、律师费、鉴定费等由乙方承担。

20.3 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

21. 违约解除合同

21.1 存在以下情形的，甲方可向乙方发出书面解除通知，部分或全部解除合同。同时保留向乙方追诉的权利。

21.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

21.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

21.1.3 甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

21.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

21.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为。

21.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程中，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

21.2 在甲方根据上述第 21.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出并承担合同总金额 20%的违约责任。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

22. 破产终止合同

22.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同的履行而不给乙方补偿。该合同的终止履行不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

23. 转让和分包

23.1 乙方不得擅自转让、授权、分包、再许可或以其它方式转移本采购合同下其任何权利与义务。

23.2 经甲方和政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能免除乙方履行本合同的责任和义务，分包方的责任由乙方承担。

24. 合同修改

24.1 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

25. 通知

25.1 双方提供的通讯地址及法定代表人和联系人为该方文件和法律文书的送达地址及收件人。如有变化应当在更改前 3 日内以书面形式通知。如一方提供的地址及收件人信息错误、或者地址及收件人变更但未及时通知导致无法送达及拒绝签收等情况，自按该方提供的地址及收件人信息邮寄函件起的第 3 天即视为已送达该方，并产生相应的法律效力。

25.1.1 甲方确认以下送达方式均为送达：

电子邮箱送达

电子邮箱为：zbcgzx@shouer.com.cn

邮箱持有人：首都医科大学附属首都儿童医学中心

联系人：

联系电话：

邮寄送达

邮寄地址为：北京市朝阳区雅宝路 2 号首都医科大学附属首都儿童医学中心

25.1.2 乙方确认以下任何方式均可送达：

电子邮箱送达

电子邮箱为：

邮箱持有人：

联系人电话：

邮寄送达

邮寄地址为：

双方共同确认：上述送达方式适用于双方履行本合同的任何文件的送达以及因本合同引起的各个仲裁或司法。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不准确，或者不及时告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的一切法律后果。

26. 计量单位

26.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

27. 适用法律

27.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效和其它

28.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础，不得违背其实质性内容。未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。合同将在双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

28.2 本合同一式肆份，具有同等法律效力。甲方执叁份，乙方执壹份。

28.3 本合同连同附件构成双方之间有关本合同主旨的完整协议，并取代所有之前有关该主旨的口头或书面协议。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1 定义

1.1 甲方：本合同甲方系指：首都医科大学附属首都儿童医学中心

1.2 乙方：本合同乙方系指：

1.3 现场：本合同项下的交货地点位于：首都医科大学附属首都儿童医学中心

2 交货方式：

2.1 现场交货：甲方按双方协商方案完成场地准备后，应通知乙方。由乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用及交付完成前的风险由乙方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期，甲方验收合格为交付完成。

3 付款条件

3.1 合同签订后，甲方根据财政资金拨付情况及使用要求，向乙方支付不低于本合同成交价 50%的合同款，即 RMB： 元整（大写：人民币 元整），当支付比例高于本合同成交价 80%时，乙方应当向甲方提供保证责任最高限额相当于合同成交价 10%的银行或保险公司出具的履约保函，保函的有效期为 12 个月。甲方有权根据乙方实际的履约情况，在保函有效期届满前 1 个月要求乙方续保函。甲方要求乙方续保函的，甲、乙双方应签订补充协议，乙方应在甲方要求的期限内向甲方提交符合甲方有效期要求的新的履约保函，否则，甲方有权认定乙方违反本合同，乙方以甲方的实际损失承担违约责任。待设备到货且乙方完成全部履约并验收合格、提交合格发票后，甲方在 60 个自然日内支付尾款，即 RMB： 元整（大写：人民币 元整）。

3.2 乙方指定账户出现错误或发生变化未及时书面通知甲方，导致甲方支付不能或支付错误等，一切后果、损失和法律责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

3.3 因财政资金拨付等原因延迟支付的，甲方不构成逾期付款，甲方无需承担违约责任，付款时间由甲乙双方协商后另行确定。

3.4 甲方每次付款前，乙方应将对应金额的法定发票提供甲方审核，待审核通过后甲方按照合同约定向乙方支付货款，如发票审核不合格或乙方未提供发票，则甲方有权拒绝支付相关费用且无需承担任何违约责任。

4 保修

4.1 验收合格之日起 12 个月为质保期， 60 个月为保修期,自设备验收合格之日起计算。质保期内，产品出现质量问题，乙方应当在四小时内完成维修或者更换。乙方逾期维修更换或者拒绝维修更换的，甲方有权要求乙方承担违约责任。保修期内，若出现无法维修或无维修价值的情况，乙方应赔偿甲方因此所遭受的损失（计算方式：按照设备尚未使用年限占设备使用寿命的比例乘以设备的总价款）。甲方有权优先从应付给乙方的款项中，直接扣除乙方应当承担的违约金、损害赔偿金等。。

4.2 乙方应购买原厂保修服务__月，并将乙方购买的原厂保修服务的相关资料提交甲方确认。保修期结束后，设备维修只收取零配件成本费，免一切人工费、交通费等。设备验收前需乙方提供必要的检测报告（包含不限于计量、放射防护、质控检测等）。

4.3 提供维修及售后服务网点具体分布情况，包括网点地址、电话、联系人等。

4.4 为保证设备正常运行，设备原厂应在中国境内有备件库，储备所有必要的零配件，并保证设备停产后不少于 10 年的供应期。

4.5 设备报修后，2 小时内响应， 4 小时内到达现场，24 小时内排除故障。超过 24 小时未排除故障，免费提供备用设备。

4.6 每季度免费进行一次设备维护和保养，节假日及重大活动期间配合医院完成设备巡检。

4.7 乙方免费负责对甲方人员进行培训，培训内容包括设备的日常开关机、设备初始化过程、设备操作规范、维护保养、故障识别及排除等，直至甲方人员能够熟练掌握为止。

4.8 本项目中设备承诺按照甲方统一规划，满足甲方信息安全管理要求，免费与甲方信息系统实现业务和数据集成，承担联网和监测所需的数据采集器、软件接口等费用。随机的业务应用系统所需的硬件资源（包含不限于服务器、工作站终端、输入输出设备等）和系统所需正版软件，无需甲方额外提供。

4.9 提供设备最新技术资料，享受终身免费升级服务。

5 验收

5.1 验收合格以设备安装调试完毕，运行正常，甲方出具验收合格单为准。

6 索赔

6.1 乙方未按照本合同约定履行维保服务，或因延期维保给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

6.2 甲方有权从履约保函中优先扣除前述违约金等相关费用。

（以下无正文）

中标通知书

配置清单

配置清单				图片	配置
名称	型号	规格	数量		

售后服务承诺书

首都儿科研究所及
首都医科大学附属首都儿童医学中心廉洁协议

合同单位（甲方）：首都医科大学附属首都儿童医学中心

合同单位（乙方）：

为加强研究所及中心经营管理服务中廉洁建设，规范甲、乙双方的各项行为，防止发生各种商业贿赂和谋取不正当利益的违法违纪行为，保护甲、乙方和患者的合法权益，根据国家和上级主管部门有关医药购销的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉洁协议。

第一条：甲乙双方行为原则

（一）严格遵守国家及有关部门、国家及北京市卫生健康委员会等法律法规、规章办法。

（二）严格执行采购项目合同文件，自觉严格按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律法规另有规定的除外），不得向对方提供或接受对方各种形式的贿赂，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法、违约行为的，有权要求对方立即停止不当行为并及时纠正，情节严重的，可向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条：甲方的责任

甲方的领导和从事相关业务工作的人员，在合同履行的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方及其个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为其个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准将工作人员的配偶、子女、亲属介绍到乙方单位并参与同甲方项目购置合同有关的经济活动。

第三条：乙方的责任

乙方的领导及其所有的工作人员应与甲方及业务联系人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行国家有关法律法规和廉洁规定，保证所供产品和服务达到国家标准或行业标准规定的要求，确保产品服务质量合格并做好售后服务工作，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方及其工作人员个人支付的费用。

（三）不准以任何理由接受或为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的贵重安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影

响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准以任何理由向甲方及其工作人员提供其他形式的贿赂。

第四条：违约责任

（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。同时甲方有权根据情况解除与乙方的合同，且乙方还应向甲方支付合同总价款 10%的违约金，若该违约金不足以弥补甲方的全部损失，则乙方应再赔偿甲方相应的损失。

第五条：本协议作为甲乙双方所签订合同的附件，与甲乙双方所签订合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条：本协议的有效期为双方签署之日起至双方所签订合同及权利义务全部履行终止时止。

第七条：本协议一式七份，由甲方执三份，乙方执二份，送交甲乙双方的监督单位或部门各一份，具有同等的法律效力。

甲方单位：首都医科大学附属　　乙方单位：

（盖章）　　（盖章）

法定代表人/授权代表：　　法定代表人/授权代表：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

年　月　日　　年　月　日

安全协议书

甲方：首都医科大学附属首都儿童医学中心

统一社会信用代码：12110000400686566Y

住所地：北京市朝阳区雅宝路 2 号

法定代表人： 张建　　职务：院长

乙方（第三方服务机构）：

统一社会信用代码：

住所地：

法定代表人：　职务：

为了加强安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：适用法律

乙方应严格遵守国家安全生产有关法律、行政法规、条例；按照《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规规定，建立有关制度，规范管理行为；严格执行有关安全工作标准、安全工作程序、安全生产奖惩标准等规定。

第二条：甲乙双方责任

（一） 甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

（二）定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形

成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

（三） 坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织提供临床研究协助支持服务时先落实安全保护措施，防止事故发生。

（四）抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，标准化作业环境，禁止违规操作，杜绝各类安全生产事故的发生。

（五）发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，查明事故原因，确定事故责任，拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

（六）甲、乙双方严格遵守本协议条款，履行各自管理范围内的安全职责，做好安全管理工作。

第三条：乙方安全责任

（一）乙方对所承担的项目安全负责。

（二）乙方项目经理为安全生产责任人，负责所承担项目的日常安全管理工作，严格遵守国家安全生产有关的法律、法规及管理规定。

（三）乙方应制定安全相关的规章制度，并向甲方备案。乙方需承担工作范围之内安全生产规定提出的使用安全防护措施费用。

（四）乙方应对本单位派驻到甲方的员工进行全口径培训，并将甲方相关要求加入到培训内容中，组织安全教育，形成培训记录并向甲方备案。未经过安全教育的乙方员工不得进入甲方院区内出勤。

（五）乙方如需自带机具或其他中小型设备，需向甲方报告并经甲方同意后、按甲方要求管理。大型或专业设备须经具有资质的单位检验合格后方可使用。

（六）乙方需使用甲方的机械、电器等设备、设施（如大功率电器、精密仪器等），须提前向甲方提交书面申请，必要时将安全防护措施或方案向甲方备案。

（七）乙方收到任何有效投诉，未能及时正确处理，甲方有权提出警告，必要时暂停乙方相关人员在本中心的工作、并要求更换工作人员；如有相关费用赔偿，乙方全额承担，如涉及、参与违法犯罪活动，依法移交公安机关。

（八）在本岗位或项目开展区域内，乙方如发现、发生安全生产事故，应第一时间上报甲方，并协助开展应急救援工作。

第四条：违约责任

乙方违反本协议的相关条款，乙方承担违约责任和全部损害赔偿责任及行政处罚等全部后果。

第五条：管辖

因本协议书发生争议，由双方协商解决，协商不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决，所产生的全部费用由乙方承担，包括但不限于诉讼费、律师费、保险费、赔付第三方的资金等。

第六条：其他

本协议自双方签字并盖章后生效，一式四份，甲、乙方各执两份，具有同等效力。

本协议为双方签订的所有合同的附件，与双方签订的主合同具有同等效力。乙方为甲方提供服务期间均为本协议履行期限。双方合作关系全部终止，本协议方终止。

甲方(公章)：首都医科大学附属首都儿童医学中心

乙方(公章)：

法人或授权代表(签字)：

法人或授权代表(签字)：_____

签署日期：_____年____月____日

签署日期：_____年____月____日

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知:

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交，**为便于评审时查找证明文件，建议添加目录。**

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（ 资格证明文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书（实质性格式）

投标人资格声明书

致：（采购人或采购代理机构）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

我单位与本项目其他潜在投标人之间不存在单位负责人为同一人，以及任何形式的控股、管理关系，也不存在直接或间接的利益输送等可能影响公平竞争的行为，接受与其他潜在投标人之间如果存在上述情形将会按照无效投标处理。

我单位在此声明，本次采购活动中提供的所有资料都是真实有效的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济纠纷，

完全由我单位负责；保证在整个投标过程中独立进行，未组织、未参与任何与本项目有关的串通投标，包括但不限于不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出等《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）规定的行为，如有违反，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且承担由此带来的一切后果和责任(包括但不限于法律后果以及给采购人或其他第三方带来的损失)。

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有，详见投标邀请和投标人须知资料表，不涉及无需提供）

2-1 中小企业政策证明文件：

（1）<u>如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供</u>

《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、

提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人应明确选择中小微企业所属类型，否则不予认可。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目

采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3. 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 其他特定资格要求

如：中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证、医疗器械经营许可证或备案凭证（一类产品除外）等，具体详见第一章《投标邀请》及第三章《资格审查》。

4. 投标保证金凭证/交款单据电子件（非实质性格式）

4.1 附图

4.2 投标保证金退还信息

致：中信国际招标有限公司

项目名称：_____

项目编号：_____

退还保证金相关信息如下。

投标人名称	开户行名称+具体支行名称	账号	保证金金额小写	金额大写

增值税发票开票信息

投标人如中标，采购代理服务费需由采购代理机构开具增值税专用发票或普通发票的，请认真核实后填写下表。

开具发票类型	数电专用发票（）　　数电普通发票（） 括号内请选择√
开票信息	
开票单位全称	
统一社会信用代码	

投标人名称：_____（加盖单位公章）

注：**此附件签字盖章及内容格式不做无效投标条款，仅用于采购代理机构后续办理退还投标保证金和开票事宜，电子版需同时提供本文件可编辑 word 版**。

二、商务技术文件格式

投标文件（ 商务技术文件） 封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1. 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起 90 个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款：我方承诺符合本项目采购需求中可能涉及到的国家法律法规、行业强制性标准及要求 。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

投标人名称（加盖公章） _____

2. 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）**（签字或签字章或印鉴）**_____

委托代理人**（签字或签字章或印鉴）**：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；**否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。**

3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的

有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：_____性别：____年龄：____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（**签字或签字章或印鉴**）：____

日期：_____年_____月_____日

3. 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：

1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	**制造商所属性别**	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
…												
											总价（元）	

注：

1. 本表应按包分别填写，若本项目不接受进口产品投标，投标分项报价表中不得出现进口产品相关描述，不得使用“免费”相关字眼。

2. 如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应招标文件，招标文件对具体内容填写拆分、分项等不作实质要求。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属

性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

5. 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。“对本项目合同条款的偏离情况”可使用■或者☑等形式进行选择，表格内其他部分如不涉及填写内容可“不填写”或者划“/”。

投标人名称（加盖公章）：_____

6. 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（如有★、▲、*、#建议标注）	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明（证明材料建议注明投标文件页码）
	二、	商务要求			
	1.1、交货期				
	1.2、交货地点				
	2、包装和运输				
	三、	技术要求			
	1、				
	1.1、				

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。

2. 本表内填写的“1、1.1、…”等内容仅为填写示例，投标人可根据招标文件中“第五章采购需求二、商务要求及三、技术要求”的实际条目号逐项详细应答，应明确回答“完全响应”或“负偏离”或“正偏离”**（或相近意思）**。

3. 涉及证明材料要求的以具体要求为准，详见第二章《投标人须知》10.3 及 10.4。

4. 对“第五章采购需求四、其他相关要求”的响应以投标人具体方案为准，无需在此表罗列，不一致以具体方案为准

投标人名称（加盖公章）：____

7.本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8. 中小企业证明文件说明：

（若投标邀请中项目专门面向中小微企业采购，则无需在商务技术文件中重复提供本部分内容）

1） 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2） 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3） 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4） 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

---

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**投标人应明确选择中小微企业所属类型，否则不予认可。**

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位**。

□**属于符合条件的残疾人福利性单位**，且本单位参加_____单位_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9. 其他非实质性格式

9-1 采购代理服务费承诺书

致：中信国际招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目（招标编号：_____）招标采购中若中标，我们保证在收到中标通知书同时按招标文件有关规定，以支票、汇票、电汇、现金或贵公司认可的其他方式一次性向贵公司支付采购代理机构服务费。

特此承诺！

投标人名称（**加盖公章**）：_____

9-2 投标人同类项目实施案例

项目名称、内容简述、型号规格	甲方名称	乙方名称	合同签订时间	履约情况

注：合格的案例材料要求详见“**评标标准**”中“业绩或案例”要求。

10. 招标文件要求提供或投标人认为应附的证明材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

10-2 保修期

投标人需结合招标文件采购需求单独提供保修期。

10-3 售后服务方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供售后服务方案，格式自拟。

10-4 培训方案

投标人需结合招标文件采购需求单独提供培训方案，格式自拟。